



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN
ADI

PLASTİK POŞET KİLİTLİ 23x31 CM

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilen poşet kliniklerden transfüzyonu bitmiş kan ve kan bileşenlerinin kan merkezine iadesinde hijyenik koşulları sağlamak amaçlı kullanılacaktır.
2. LDPE malzemedен üretilmiş olmalıdır.
3. Ebatları 23x31 cm olmalıdır.
4. Şeffaf renkte olmalıdır.
5. Poşet elle tamamen kilitlenebilmek mekanizmaya sahip olmalıdır.
6. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
7. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
8. Poşetler 250'lik, 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir..

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az 10 (on) adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Kan Merkezi Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. İsmail YANASIK NIZAM
İstanbul Tıp Fakültesi
Kan Merkezi

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Sevgi BEŞİK
İç Hastalıkları Uzm.
Kan Bankası Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	DEKONTAMİNASYON KİTİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen kit Kan Merkezi Laboratuvarlarında, Donasyon, Flebotomi ve Aferez ünitesinde kimyasallar, biyolojik örnekler, toksik atıklar gibi çalışan ve çevreye zarar verebilecek sıvıların dökülme-saçılması durumunda kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.2. Dökülen sıvıyı hızla emerek çevreye yayılmasını engelleyebilmelidir. Döküntünün güvenli bir şekilde temizlenmesini, zeminin dezenfekte edilmesini ve kötü kokularının giderilmesini sağlamalıdır.3. Kit içeriğindeki ürünler dayanıklı bir ambalaj/çanta /kutu içinde olmalıdır. Kit içeriğinde en az aşağıdakiler bulunmalıdır.4. 1'er adet koruyucu yüz maskesi, koruyucu gözlük, koruyucu bone ve kollu koruyucu önlük5. 2 çift latex veya nitrilden üretilmiş sıvı geçirmez eldiven ve 1 çift sıvı geçirmez ayak koruyucu6. 200-250 g sıvı emici toz ve 1 adet sıvı emici ped7. 1 adet 100 ml yer ve yüzey temizleyici sıvı8. 2 adet döküntüyü uyarıcı işaret levhası9. 1'er adet temizlik spatulası ve küçük boy plastik kürek10. 2'şer adet emici temizlik bezi, tıbbi atık poşeti ve plastik bağcık11. Türkçe kullanma kılavuzu
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.2. Kit teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.3. Malzeme ve sarf maddelerin teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Dr. Melek YANAŞIK NIZAM
İstanbul Tıp Fakültesi
Kan Merkezi

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Sağı BEŞİŞİK
İç Hast. ve Hematoloji Uzm.
Kan Bankası Sorumlusu