



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>STERİL DİSTİLE SU</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1-Bir litrelik cam ve plastik şişelerde olmalıdır. 2-Steril ve distile olmalıdır. 3-Cam şişe özelliğinde olanlar ağız kısmı serum şişelerinde olduğu gibi tıpalı olmalı, serum seti takılarak ventilatöre bağlı hastalarda kullanıma uygun olmalıdır. 4-Plastik şişe özelliğinde olanlar küvozlerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	1.Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1.Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Kapsam dışı ise "Kapsam dışı beyanı" verilmelidir. 2.Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 3.İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler. 4.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her cam ve plastik üründen en az 2 şer adet orijinal numuneyi ihale sonunda ihale uzman üyelerine teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 5.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 6.Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Neonolojik Bilim Dalı  
Sorumlu Hemşiresi  
REYHAN FAHRETTİNOĞLU

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Jzm. Dr. F. AYSUN KADAKAL  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.  
Neonatolojik Bilim Dalı  
Diy. Tez. No:128987

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Neonatolojik Bilim Dalı  
Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi  
ŞİRİN ÜLKER KURT



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN KATETER TESBİT ÖRTÜSÜ</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ürün steril, tekli paket halinde olmalıdır.</li><li>2. Jel ped sıvı emme özelliğine sahip olmalıdır.</li><li>3. Ürün, şeffaf olmalı, yara ve kanül girişi rahatlıkla gözlemlenebilmelidir.</li><li>4. Kateterin etrafını daha iyi kavrayabilmesi için çentikli tasarıma sahip olmalıdır.</li><li>5. Ürün, şeffaf örtünün kenarlarını güçlendirilmiş kumaş flaster ile desteklemek için iki adet şerit halinde kumaş flaster içermelidir.</li><li>6. Ürün hava geçirgen özellikte olup, oksijen ve nem buharı geçişine izin vermeli, kateter giriş bölgesinin kuru kalmasını sağlamalıdır.</li><li>7. Yapışkanı basınca duyarlı ve hipoallerjenik olmalı, ciltte ve kateter üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.</li><li>8. Ürün kolay uygulanabilmeli ve eldivene yapışmamalıdır.</li><li>9. Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.</li><li>10. Ürün ve paketi doğal ya da kauçuk lateks içermemelidir.</li></ol>
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ürün, şeffaf film örtü ile entegre edilmiş % 2'lik klorheksidin glukonat (CHG) içeren bir jel pedden oluşmalıdır.</li><li>2. Yetişkinler için ürün 8,5 cm x 11,5 cm (+/- 1cm ), jel pedin boyutları 3 cm x 4 cm (+/- 1cm ) ebatlarında olmalıdır, bu ebatlardaki jel ped ortalama 45 mg klorheksidin glukonat içermelidir. Çocuklar için ürün 7 cm x 8,5 cm (+/- 1cm ), jel pedin boyutları 2 cm x 2 cm (+/- 1cm) ebatlarında olmalıdır, bu ebatlardaki jel ped ortalama 15 mg klorheksidin glukonat içermelidir.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Normal oda şartlarında (15-30 ° C, % 35-60 nem) saklanabilmelidir.</li></ol>
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fakültenin bütün birimlerinde santral venöz kateter tespitinde kullanılır.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, uygulama şeması ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Uzm. Hem. Elvan EROL  
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hem. Tuğba ÖZGÜR  
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Yük. Hem. Kübra YILMAZ  
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU  
ÖZELLİKLER**

1. Ürünün akredite olduğunu gösterir T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Ulusal Bilgi Bankası (UBB ) kodunu gösterir belge, orijinal etiket ve prospektüs bilgileri olmalıdır.
2. İstenen tüm ihale sırasında, ihale dosyasında bulundurulmalıdır.
3. İhale dosyasında ürünün orijinal kataloğu bulunmalıdır.
4. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere yetişkin hastalar ve çocuk hastalar için en az 2'şer adet orijinal numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
6. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.
7. İhaleyi kazanan firma ihtiyaç durumunda ürün kullanımı ile ilgili, istenilen gün ve saatte eğitim verebilmelidir.

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Uzm. Hem. Elvan EROL  
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Hem. Tuğba ÖZGÜR  
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Kübra YILMAZ  
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi