



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



İŞİN ADI

Demirbaş Alımı

TIBBİ, TEKNİK ve
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER

Taşınır istek formunda belirtilen

1. Kalem ACİL MÜDAHALE ARABASI

1. Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir hijyenik bir materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Araba komple steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Arabanın yan panelleri ve üst tablası poliproblen (PP) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Arabanın iç şasesi alüminyum profilden imal edilmiş olmalıdır.
5. Arabanın tekerlerinin bağlandığı alt şasesi profilden imal edilmeli ve toz boyalı olmalıdır.
6. Arabanın 5 adet çekmecesi olmalıdır.
7. Tüm çekmeceler Kıрма Mühür Sistemli merkezi kilitleme ile kilitlenir olmalıdır.
8. Çekmeceler ray sistemiyle çalışmalıdır ve kolay açılıp kapanılabilir özellikte olmalıdır.
9. Çekmece içleri isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından istenildiği şekilde dizayn edilebilir olmalıdır.
10. 1.çekmece 8 adet şeffaf ayaçla ayrılmış bölmeli olmalıdır. Bu bölme kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır. Çekmecelerinin içinin dizaynı herhangi bir aparata gerek olmadan değiştirilebilir olmalıdır
11. Arabanın her iki tarafında itmek için el tutamaç yerleri olmalıdır.
12. Arabanın 360° dönebilen 2 adet frenli 2 adet frensiz tekerleği bulunmalıdır.
13. Tekerlekler aşınmaya ve darbeye dayanıklı dolgu tekerlekler olmalıdır.
14. Arabanın üst yüzeyine gelecek şekilde monte edilmiş. Üç değişik şekilde ayarlanabilen defibrilatör rafı olmalıdır. Cihaz güvenliği için emniyet kemeri olmalıdır.
15. Arabanın arka tarafında en az iki kancası bulunan ayarlanabilen serum askısı olmalıdır.
16. Arabada 1 (bir) adet oksijen tüpüne uyumlu tüp taşıyıcısı olmalıdır. Tüp için güvenlik kemeri olmalıdır.
17. Arabada 1 (bir) adet resüsitasyon bordu ve bu bordun takıldığı tutucular olmalıdır.
18. Arabanın en geniş ölçüleri dıştan dışa 58,5 cm x 82,5 cm(+10 cm) olmalıdır.
19. Arabanın yerden yüksekliği 114,5(+10 cm) cm. olmalıdır.
20. Arabanın yan tarafında ABS malzemeden imal kapaklı çöp kovası olmalıdır.

GENEL HUSUSLAR

1. Yüklenici aşağıda belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.

KABUL/MUAYENE
VE
TESLİMAT
ŞARTLARI

1. Yüklenici, cihazı kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Ürünün nakliye sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.
2. Yüklenici, ürünü kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
3. Ürün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim alınmaz.
4. Teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde tek seferde İstanbul Tıp Fakültesi İç Hast. AD. Başhemsireliğine teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
B.Öğr. Üyesi Ayşe SAKUR KENDİRCİ
Dip. Tes. No: 178882
Uzm. Tes. No: 148528

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Halil İ. BALCI
Dip. Tescil No: 122710
T.C. İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa - İstanbul

İMZA-KAŞE

Dr. Öğr. Üyesi Murat KORKMAZ
Dip. Tes. No: 148528
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa - İSTANBUL



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**TEKNİK SERVİS
GARANTİ VE
YEDEK PARÇA**

1. Yedek parça temini garantisi 10 (on) yıl ile en az 2 (iki) yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.

EĞİTİM

1. Yüklenici, ürünün tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanacak şekilde personeli ücretsiz eğitmekle yükümlüdür.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır.
2. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtilecek ayrıca ürün kataloğunu sunacaktır. Ürün değerlendirmeleri katalog üzerinden yapılacaktır.
4. Ürünlere ait var ise orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.
5. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar YÜKLENİCİYE KURUM tarafından iletdikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.
6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi A.Ş. ŞUKRU KENDİRÇİ
Dip. Tes. No: 178882
Uzm. Tes. No: 148528

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Halil I. BALCI
Dip. Tescil No: 122710
T.C. İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa - İstanbul

İMZA-KAŞE

Dr. Öğr. Üyesi Murat KORKMAZ
Dip. Tes. No: 145501
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa / İSTANBUL