
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
VATAN YERLEŞKESİ AMELİYATHANESİ
STERİLİZASYON CİHAZI
PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ (PARÇASIZ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ŞARTNAME NO:
İTF/PBO/LAB/026**

-
1. Bu teknik şartnamede, İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Biriminin yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
 2. İstanbul Tıp Fakültesi Satınalma Birimi tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimi Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ VATAN YERLEŞKESİ AMELİYATHANESİ STERİLİZASYON CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ (PARÇASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/PBO/LAB/026 16/09/2024 00 1/4
--	--	--	--

Sıra no	Cihazın Adı	Demirbaş No	Çalıştığı Birim	Cihazın Markası ve Modeli	Sözleşme Kapsamında Kalan Parçalar
1	Otoklav Cihazı	253.3.6/20/99737	Vatan Yerleşkesi Ameliyathanesi / Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Eryiğit / ERS6613	Bir Takım Rezistans Bir Takım Kapı Contası Emniyet Ventili Kondenstop Hepa Filtre ½" Çekvalf Klapesi ¾" Çekvalf Klapesi 1" Çekvalf Klapesi 1" Çekvalf Sıvı Seviye Elektrot Takımı 6 Adet Kapı Conta Spreyi
2	Otoklav Cihazı	253.3.6/20/99738	Vatan Yerleşkesi Ameliyathanesi / Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Eryiğit / ERS6613	Bir Takım Rezistans Bir Takım Kapı Contası Emniyet Ventili Kondenstop Hepa Filtre ½" Çekvalf Klapesi ¾" Çekvalf Klapesi 1" Çekvalf Klapesi 1" Çekvalf Sıvı Seviye Elektrot Takımı 6 Adet Kapı Conta Spreyi
3	Cerrahi Alet Yıkama Cihazı	253.3.5/20/99728	Vatan Yerleşkesi Ameliyathanesi / Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Eryiğit / TSY290	Bir Takım Kapı Contası Dozaj Pompası Hortumu Flowmetre Yıkama Kolu Teflon Contası Hepa Filtre Level Prop Hortumu Flowmetre Hortumu
4	Cerrahi Alet Yıkama Cihazı	253.3.5/20/99729	Vatan Yerleşkesi Ameliyathanesi / Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Eryiğit / TSY290	Bir Takım Kapı Contası Dozaj Pompası Hortumu Flowmetre Yıkama Kolu Teflon Contası Hepa Filtre Level Prop Hortumu Flowmetre Hortumu

Bu şartname 31.12.2025 tarihine kadar geçerlidir.

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI V-	Doç. Dr. Feroz EKİZ İ.T. Fakültesi Cerrahi A.B.D. Diploma No: 19311 / 22779 Tescil No: 92510	Prof. Dr. Neslihan ÇARIBLU Genel Cerrahi Uzmanı Dip. Tescil No: 50838-72758

FR 07.04.03/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ VATAN YERLEŞKESİ AMELİYATHANESİ STERİLİZASYON CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ (PARÇASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/PBO/LAB/026 16/09/2024 00 2/4
--	--	--	--

A. PERİYODİK BAKIM / ONARIM GÜN VE SAATLERİ

1. Periyodik ve koruyucu bakımlar, cihazın bulunduğu kuruluşun ilgili birim sorumlusu, İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimi ilgili bölüm sorumlusu ve ilgili firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte yapılır.
2. Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimine yazılı olarak bildirir.

B. SERVİS HİZMETLERİ

1. Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Biriminin gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez. Cihazın bakımını yapan yüklenici firmanın 4 nüshalı "Servis Formu" ile İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimi "Teknik Servis Kontrol Formu" birlikte düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihazın bulunduğu ilgili birimde, birer nüshası, İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimine birer nüshası ise yüklenicide kalır, diğer nüshalar fatura ile birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi' ne verilir. Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, İ.Ü. Hastaneleri Biyomedikal Birimi teknik elemanının ve yüklenici firma servis elemanının imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.
2. Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur. Bu durumlarda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
3. Kullanılacak yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
5. Yüklenici, bakım faaliyetlerinde cihazın elektrik güvenlik testlerini yapmalıdır.

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI ✓	Doç. Dr. Feza EKİZ İ.T.F. Genel Cerrahi A.B.D. Diploma No: 1433 / 22799 Tescil No: 22810	Prof. Dr. Neslihan ÇABİOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı Dip. Tescil No: 50886-72759

FR 07.04.03/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ VATAN YERLEŞKESİ AMELİYATHANESİ STERİLİZASYON CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ (PARÇASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/PBO/LAB/026 16/09/2024 00 3/4
--	--	--	--

- Arızanın acil giderilmesi durumunda gerekiyorsa yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, Yüklenici kendi isteği ile mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışırsa (Bayramlar ve resmi tatil günleri de dahil) veya arıza bakımı nedeniyle tatil günlerinde ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya normal çalışma saatlerinde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taşarsa, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne nam altında olursa olsun ek ücret ve teknisyenin seyahat masraflarını ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.
- Cihazda fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılır.
- Servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansı test edilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilir.
- İlgili cihazda mevcutsa; üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım güncellemeleri ve modifikasyonlar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak sisteme uygulanmalıdır.

C. ARIZAYA MÜDAHALE

Herhangi bir zamanda cihaz/ürün/sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

- Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazda arıza meydana gelmesi halinde, cihazın bulunduğu yerin yetkilisi, yükleniciyi telefon, faks veya e-posta ile bilgilendirir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayıtları esas alınır. Arıza bildirimini mesai günleri içinde saat 08:00-17:00 saatleri arasındadır. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtları esas alınır. Arıza bildirimini ardından, yüklenici en geç 4(dört) saat içinde cihaza müdahale ederek arızanın nedenini tespit etmek zorundadır.
- Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaza müdahaleden itibaren en geç 4(dört) saat içinde arıza giderilmiş olmalıdır.

D. CEZAI HÜKÜMLER

- Arıza bildirimini ardından D.1. maddesinde belirtilen süreler içerisinde arızanın nedeni tespit edilmelidir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda her saat için ilgili

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Hasan Oğhan ZİYLAN CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI ✓	Doc. Dr. Feza EKİZ İ.T.F. Genel Cerrahi A.B.D. Diploma No: 19311 / 22779 E-posta: feza@istanbuluniv.edu.tr	Prof. Dr. Neslihan CAĞIROĞLU Genel Cerrahi Uzmanı Dip. Tescil No: 50836/2739

FR 07.04.03/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ VATAN YERLEŞKESİ AMELİYATHANESİ STERİLİZASYON CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ (PARÇASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/PBO/LAB/026 16/09/2024 00 4/4
--	--	--	--

cihazın periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %0,1 (binde biri) oranında kesilen ceza, yüklenicinin ilgili dönemdeki tahakkukundan kesilir. . Müdahale edilmeyen saatler toplamının kurum mesai saatine ulaşması durumunda her gün sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilecektir.

2. Yukarıda belirtilen **D.2.** maddesindeki süreler aşıldığı halde cihaz çalışmıyorsa, gecikilen her gün aykırılık olarak tanımlanmak üzere, her aykırılık için ilgili sistemin periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %1'i (yüzde biri) kesilerek ceza olarak tahakkuk ettirilecektir.
3. Cihazın periyodik bakımlarının yapılmaması aykırılık olarak tanımlanmak üzere, ilgili sistemin periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %1'i (yüzde biri) kesilerek ceza olarak tahakkuk ettirilecektir.
4. Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
5. Şartnamedeki diğer maddelerin eksik olarak yerine getirilmesi durumu aykırılık olarak tanımlanmak üzere, her aykırılık için ilgili sistemin periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin % 1 (yüzde biri) oranında kesilecek ceza, yüklenicinin ilgili dönemdeki tahakkukundan kesilecektir.
6. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu (yüzde otuzu) geçmeyecektir.
7. Yukarıda bahsedilen aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle **E.1.** maddesi için **3 kez** veya **E.2.** maddesi için **5 kez** veya **E.3.** maddesi için **2 kez** oluşması durumunda öngörülen cezalar uygulanmakla birlikte, 4735 sayılı kanunun 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

E. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Yüklenici, aylık koruyucu bakımlar dışında, sözleşme kapsamındaki cihazlara 3 (üç) ay aralıklarla periyodik bakım yapmakla yükümlüdür. Cerrahi Alet Yıkama cihazı için kalibrasyon yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, yapmış olduğu bu ölçümler neticesinde hazırlayacağı kalibrasyon raporunun birer nüshasını İ.Ü.

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI ✓	Doç. Dr. Feza EKİZ İ.T.F. Genel Cerrahi A.B.D. Diploma No: 1991 / 22379 Tescil No: 50310	Prof. Dr. Nesrinhan CABİOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı Dip/ Tescil No: 50836-72758

FR 07.04.03/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ VATAN YERLEŞKESİ AMELİYATHANESİ STERİLİZASYON CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ (PARÇASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/PBO/LAB/026 16/09/2024 00 5/4
--	--	--	--

Hastaneleri Biyomedikal Birimi'ne ve cihazın bulunduğu ilgili birime sunmalı ve ilgili cihazlara ölçümlerin yapıldığını belirtir kalibrasyon etiketini yapıştırmalıdır.

2. Periyodik bakım yapılan her cihazın üzerine bakım yapıldığına dair etiket yapıştırılmalıdır. Söz konusu etikette firmanın anteti, bakım yapılan tarih, bir sonraki bakımın muhtemel tarihi, bakımı yapan kişinin bilgisi ve cihaza ait cihaz kimlik bilgisi mutlak surette olmalıdır.

HAZIRLAYAN MÜHENDİS (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
Tuna Utku YETANSEVER Makina Mühendisi İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi	Yavuz ÜZCAN Biyomedikal Uzmanı İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Birim Sorumlusu

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI ✓	Doç. Dr. Feza EKİZ T.F. Genel Cerrahi A.B.D. Diploma No:19311 / 2779 Tic. Sic. No: 6254	Prof. Dr. Nesrin ÇABİOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı Dip. Tesn. No: 50836-72758

FR 07.04.03/00