



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (HO1032) ŞEKLİ KAN HÜCRESİ TOPLAMA DEPLASYONU TUP SETİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Set kapalı sistem olmalıdır.2. Santrifüj çanağı 210 ml hacimli olmalıdır.3. Set aralıklı akım tekniği ile çalışan hücre ayırma cihazı ile uyumlu olmalıdır.4. Set eritrosit değişimi işlemi için uygun olmalıdır.5. Set ile birlikte antikoagulan solüsyonu, izotonik verilmeli ve setteki antikoagulan, izotonik hatlarında 0,22 mikron bakteri filtreli olmalıdır.6. Sette en az 3 adet 600 ml eritrosit torbası ,1 adet 1000 ml transfer torbası bulunmalıdır.7. Sette önceden bağlanmış 16 Gauge' luk iğne bulunmalıdır.8. 100 adet set alımında sete uyumlu cihaz verilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-Ethylene oksit
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Tüm dahili klinikler-Hematoloji Aferez Ünitesi-Terapötik Aferez sarf malzemesi
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	1-Ekstrakorporeal dolaşım için kullanılabilen biyo uyumlu materyal
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

İMZA-AFFETDEN
Doç. Dr. İpek YÜKSEL
İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Diploma Teslim No: 708328

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. S. BEÇERİK
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları ve Hematoloji B.D.
(Kan Hastalıkları Uzmanı)
Dip. No: 16553-2021

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Meliha NALÇAKLI
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip. Teslim No: 20710



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 4-Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
- 5- İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
- 6-Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.
- 7- Fakültemizin demirbaşı olan HAEMONETİCS marka cihaza uyumlu olmalıdır.

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. İpek YÖRÜK İMİDİL ERDİBE
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, B.D.
E-posta Adresi: i.yoruk@istanbuluniv.edu.tr
Dip. No: 16353 - 21021

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Sevil ZECİSKİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları A.B.D. ve Hemato-onkoloji
(Kan Hastalıkları Uzmanı)
Dip. No: 16353 - 21021

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Meliha NALÇACI
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip. No: 16353 - 21021