



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	EEG DİSK ELEKTROD
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. 1,5 metre uzunluğunda olmalıdır. Uzun süreli EEG incelemesinde kullanıma uygun olmalıdır. Kablolar elektrostatik malzemeyle kaplanmış ve ipek karışımı kolay kırılmayacak malzemeden olmalıdır. Elektrotları hasta bağlantı kutusuna bağlayan fişlerin dişi girişli olmalıdır. Servisteki cihazlara uyumlu olmalıdır. Yıkanebilir olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Elektrotların ucu saf gümüş veya altın olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.EEG laboratuvarında uzun süreli tetkik amaçlı kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

I.U. İstanbul Şifalı Fakültesi
Uzm. Dr. Ayhan TAŞDEMİR
Nöroloji Uzmanı
Nöroloji Anabilim Dalı
Tescil No: 173993 / 150983

İMZA-KAŞE

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz ELMALI YAZICI
Dip. Tes. No: 158765 / 121829 / 142015

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. N. Görkem ŞİRİN İNAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123119