



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

**MALZEMENİN ADI**

**SUT KODU: OR1220 SONDA FOLEY ÜÇ YOLLU SILIKOLATEKS 22**

**FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ**

1. Ürün sarı renkli Silikolates'ten üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün 3 yollu olmalıdır.
3. Ürünün balon hacmi 30-50 ml. olmalıdır.
4. Ürünün balonu gövdenin içinde olmalıdır.
5. Ürünün ucu silindirik ve tek sıra halinde 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
6. Ürünün 18-26 CH'a kadar farklı kalınlıkları olmalıdır.
7. Ürün uzunluğu 40 cm olmalı.
8. Ürünün markası, balon hacmi ve ölçüleri ürün üzerinde yazılı olmalıdır.
9. Ürünün plastik valf mekanizması ve luer lock sistemi olmalıdır.

**KİMYASAL  
ÖZELLİKLERİ**

**DEPOLAMA  
ŞARTLARI**

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

**KULLANIM YERİ VE  
ÖZELLİĞİ**

**ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADI**

1. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.

**AMBALAJ ŞEKLİ VE  
MİKTARI**

1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.
3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.

**TIBBİ ÖZELLİKLERİ**

**TESLİMAT ŞEKLİ  
VE  
ZORUNLU  
ÖZELLİKLER**

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.
2. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.
3. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair

**Doç. Dr. İsmail KAYGIDENİZ**  
Dip. Tes. No: 137576  
Uzm. Tıp. No: 10380  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı

**İMZA-KAŞE**  
Doç. Dr. Mehmet Emin BÖNMEZ  
i.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı  
Dip. Tes. No: 137576

**İMZA-KAŞE**  
Prof. Dr. Zeynep TEFEK  
Dip. Tes. No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

belgeleri ihale dosyasına sunulmalıdır.

4. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktırUBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.
5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
6. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.

**İMZA-ERDEM**  
Doç. Dr. İMZA-ERDEM  
Dip. Tes. No: 102510  
Uzm. Tıp. Fakültesi  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı

**İMZA-KASE**  
Doç. Dr. Muhammet İrfan DÖNMEZ  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Üroloji - Çocuk Ürolojisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 137576

**İMZA-Kasap TEFİK**  
Prof. Dr. Kasap TEFİK  
Dip. Tes. No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Çocuk Ürolojisi Uzmanı  
Gözetmen - İstanbul