



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN
ADI

GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PDH) , PİRUVAT KİNAZ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Bu şartname Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz ve Piruvat Kinaz için geçerli olup bu malzemelere birlikte teklif verilecektir.
2. Testin çalışması manuel, okunması spektrofotometrede 340 nm dalga boyunda yapılabilir..
3. Kit tek hasta çalışmasına uygun olmalıdır. Test için mevcut donanım yeterli olmalı, ek reaktif gerektirmemelidir.
4. Test sayıları hastaya verilen hizmet baz alınarak hesaplanacağından tüm testler için sarf malzeme miktarının belirlenmesi rapor edilen test sayısına göre olmalıdır. Test çalışması sırasında kalibrasyon, kontrol, numune tekrarı vb. nedenlerden dolayı tüketilen testler firma tarafından karşılanacaktır.
5. Test çalışması esnasında kullanılan her türlü sarf malzeme (tüp, pastör pipeti, otomatik pipet ucu vs..) kit ile birlikte verilmelidir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

- Yüklenici firma kitlerin kullanımı süresince, kit içeriğindeki kimyasal malzemelerden kaynaklanabilecek problemleri gidermeyi taahhüt etmelidir. Problem giderilinceye kadar harcanan ve/veya değişmesi gereken kit malzemeleri firma tarafından karşılanmalıdır.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

- Kitler +4 °C de saklanabilmelidir. Soğuk zincirine uygun olarak teslim edilecektir.

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

- Enzim eksikliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

- Teklif edilen kitlerin miadı en az 8 ay olmalıdır. Miadının dolmasına 2 ay kala kitler yeni miatlılarla değiştirilmelidir.

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

- Orjinal ambalajda olmalıdır.

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

- Kit sonuçlarını eritrosit sayısına ve hemoglobin miktarına oranlayarak verebilmelidir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) Kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
2. Firma ihale sırasında, teklif edeceği ürüne ait katalog veya broşür sunacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

Prof. Dr. A. Fahri Aytekin

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Aysegül TELİ

İMZA - KAŞE

Dr. Fatma Wanda KARPUZGİLİ
Biyokimya Uzmanı
Dip No: 25186/28654