



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
ANTİBAKTARİYEL YENİ NESİL EL KURUTMA
CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
FORMU



CİHAZ ADI

EL KURUTMA CİHAZI

TIBBİ VE TEKNİK
ÖZELLİKLER

1. Fırçasız (brushless) DC motor
2. Hepa filtre (Clean Air Filter, 2 layers filtering, Merv18 level+Antimicrobial filter) (3 kademeli yuvarlak silindir filtre) (test raporu sunulmalıdır)
3. Ortam sterilizasyon için ION jeneratörü (test raporu sunulmalıdır)
4. İç temizlik için UV lamba bulunmalıdır
5. Maksimum 15 saniye kurutma süresi
6. ION jeneratörü açıp kapatılabilmelidir
7. Yaz/kış modu
8. Sessiz çalışma modu
9. Isıtma dahil maksimum 900 watt güç sarfiyatı
10. Motor ömrü minimum 5.000 saat olmalıdır.
11. Üfleme alanı LED ışıkla aydınlatılmalıdır.

GENEL HUSUSLAR

1. Yüklenici aşağıda belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.

İSTENİLEN
DÖKÜMANLAR

1. İhale sırasında bir adet numune getirilmelidir.

TEKNİK SERVİS
GARANTİ VE
YEDEK PARÇA

1. Fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 5 yıl garantili olacaktır.
2. Yüklenici, donanım ve aletlerin asgari 5 yıl garanti kapsamında olmasını ve 10 yıl boyunca yedek parça bulundurmamayı kabul eder.
3. Garanti süresi boyunca yapılması gerekli periyodik koruyucu bakım, arızaya müdahale, onarım, yedek parça ve eğitimlerden hiç bir ücret talep edilmeyecektir.
4. Satıcı firmanın İstanbul'da " Yetkili Satıcı " belgesi olmalıdır. Bölgede yerleşik yetkili servis bulunmalıdır.
5. Arıza bildiriminden sonra yetkili firma tarafından 48 (kırk sekiz) saat içinde müdahale edilecek, 5(beş) iş gün içerisinde arıza giderilemezse yetkili firma hastaneye aynı özellikte yedek cihaz bırakacaktır. Gerekli bakımları gününde ve sonrasında ki 5 gün içerisinde yapılmadığında hastane idaresi tutanak hazırlayacaktır. Hastane idaresi bağımsız kuruluştan ilgili hizmeti alacak bütün masraf ve zararlar yetkili firmaya ceza olarak ödetilecektir.
6. Arıza, bakım ve montaj ile ilgili her türlü ölçü, ayar, alet ve düzenekleri temin etmek yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.
7. Yapılacak her türlü müdahale Hastane Müdürlüğü'nün görevlendireceği personel tarafından gerçekleştirilmeli ve işlem hakkında teknik rapor düzenlenerek Hastane Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.
8. Arızası nedeniyle çalışmadığı durumlar, arızalı olarak sayılacaktır. Garanti

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
ANTİBAKTARİYEL YENİ NESİL EL KURUTMA
CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
FORMU



	<p>süreside uzatılacaktır.</p> <p>9. Belirlenen garanti süresi içerisinde aynı arızanın 2 kere ve üstü veya farklı arızaların toplamının 4 ve daha fazla sayıda olması ve bu arızaların cihaz/ürün/sistemden yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda; Yüklenici, cihazı eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir cihazla değiştirmekle yükümlüdür.</p>
MONTAJ	<p>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</p>
EĞİTİM	

İMZA-KAŞE

İbrahim KAYA
Hastane Müdürü V.

İMZA-KAŞE

Nihat BOYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı