



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	DERİ YAMA (PATCH) TEST ALERJENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	5 gr'lık plastik enjektörler yada 5 ml'lik damlalık şişelerde olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Kimyasal alerjenler vazelin içinde katı halde, su içinde çözülmüş sıvı halde bulunmaktadır. 2. Kimyasal özellikleri metal, ilaç, koku, boya, koruyucu, yapıştırıcı, lastik, baz madde gibi çeşitli kontakt alerjenlerdir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Alerjenler soğuk zincir koşullarında korunmuş olmalı ve soğuk zincir koşullarında teslim edilmelidir. 2. Laboratuvar şartlarında normal buzdolabı koşullarında saklanmaktadır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Teklif edilen yama testi alerjeni alerjik kontakt ekzemanın tanısında kullanılan yama testi (patch test) için üretilmiş olmalıdır. 2. Yama testi hastanın sırtına ve üst kol dış yüzüne uygulanan noninvaziv deri testidir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Bazı alerjenler birden fazla (kozmetik, koku, ev hanımı, diş, sistemik ilaçlar, bitkiler, tekstil, deri, lokal tōrapatikler, lastik, berber, matbaa, büro, cila, plastik, tutkal, metaller ve photo patch) test serilerinde kullanılmaktadır. 2. Uzun miadlı alerjenler teslim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. 12 aydan daha kısa miadlı olanlar idarenin belirlediği sıklıkta partiler halinde teslim edilmelidir. Miadı dolan ürünler yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, CE işareti belirtilmelidir. 2. Plastik enjektörler 5 gr'lık yada damlalık şişelerde 5 ml'lik olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişiden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Firma ürünü değerlendirmek için ilgili ana bilim dalına ihale sonrası ilk üç(3) iş günü içerisinde 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tes. No: 3527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

I.Ö. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Algün POLAT EKİNCİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 89856

İMZA - KAŞE
Prof. Dr. D. G. BAYKAL
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 89856

DERİ YAMA TESTİ TEKNİK ŞARTNAME EKİ

SIRA NO	MALZEME ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	İSTENİLEN MİKTAR
1	POTASSIUM DİCHROMATE. STANDART SERİ	gram	5
2	P-PHENYLENEDİAMİNE BASE.	gram	5
3	THIURAM MİX.	gram	5
4	NEOMYCİN SULFATE.	gram	5
5	COBALT CHLORİDE.	gram	5
6	CALNE MIX III	gram	5
7	NİCKEL SULFATE.	gram	5
8	2-HEMA	gram	5
9	COLOPHONY.	gram	5
10	PARABEN MIX	gram	5
11	N-ISOPROPYL-N-PHENYL-4-PHENYLENEDİAMİN.	gram	5
12	WOOL ALCOHOLS (lanolin alcohol)	gram	5
13	MERCAPTO MİX.	gram	5
14	EPOXY RESİN.	gram	5
15	BALSAM PERU.	gram	5
16	4-TERT-BUTYLPHENOL FORMALDEHYDE RESİN.	gram	5
17	2- MERCAPTODENZOTİAZOLE (MBT).	gram	5
18	FORMALDEHİT	gram	5
19	FRAGRANCE MİX. I	gram	5
20	SESQUİTERPENE LACTONE MİX.	gram	5
21	QUATERNİUM 15.	gram	5
22	PROPOLİS	gram	5
23	Metilizotiazolinon (MI) /Metilklorozotiazolinon (CMI)	gram	5
24	BUDESONİDE	gram	5
25	TİXCORTOL-21-PIVALAT	gram	5
26	METHYLDİBROMOGLUTARONİTRİLE(MDBGN) (dibromodicyanobutan)	gram	5
27	FRAGRANCE MİX II	gram	5
28	LYRAL	gram	5
29	METHYLİSOTİAZOLİNONE %0.2	gram	5
30	TEXTİLE DYE MİX	gram	5
31	SODYUM DISÜLFİDE	gram	5
32	BRONOPOL (2-BROMO-2 NİTR.).	gram	5
33	DİAZOLLİNYL UREA	gram	5
34	İMİDAZOLİDİNYLUREA(GERMAL 115).	gram	5
35	BEZİSOTİLAZOLİNONE	gram	5
36	2-N-OCTYL-4 İSOTIAZOLİN-3-ONE	gram	5
37	DECYLE GLUCOSİDE	gram	5
38	LAURYL POLYGLUCOSE	gram	5
	TOPLAM	GRAM	190

Prof. Dr. CAN DAYKAL
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. ESEM ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527
Dermatoloji Uzmanı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. AİĞÜN POLAT EKİNCİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 89856



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ALERJEN YÜKLENEBİLEN TEST KUYUCUĞU (10x100)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğunun katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.2. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak alerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır. Allerjenlerin test öncesi Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında 2 haftaya kadar saklanabilir olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığında alınmış “ Üretim , ürün veya ithalat izin belgesi ” muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	+2 °C ile +8 °C ' de muhafaza edilmelidir. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 2 haftaya kadar saklanabilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim dalında kullanılacaktır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Her biri 10 odacık taşıyan kapaklı bantlar halindedir. Bir kutuda 10 x 100 odacık (kuyucuk) bulunmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişiden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Firma ürünü değerlendirmek için ilgili ana bilim dalına ihale sonrası ilk üç (3) iş günü içinde 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 33527
Dermatoloji Uzmanı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Algün POLAT EKİNCİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 89856

Prof. Dr. CAN BAYKAL
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı

İMZA - KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	DERİ YAMA TESTİ ÜZERİNE KAPATMAK İÇİN SABİTLEYİCİ FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Hypoalerjenik beyaz tıbbi flaster 10 cmx10 m ölçülerinde olmalıdır. (Ör.Hypafix, Betafix) 2.Flaster üzerinde koruyucu band olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	Yapıştırıcı özelliği olan elastik bir malzemeye sahip olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Kuru ve serin yerde saklanabilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Deri yama test odacıkları taşıyan bantların üzerine kaplanarak, test yerlerinin sabit kalmasını, kaymamasını sağlar. 2. Hasta terlediğinde test maddelerinin çıkmasını önler. Bu nedenle flasterler uygulama bölgesine iyi yapışmalı ve herhangi bir alerjik reaksiyon oluşturmamalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Malzemenin miadı en az 1 yıl olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Flasterler 10cmx10m ölçülerinde olmalı, iyi yapışmalı, tek kutularda yer almalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişiden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Firma ihale sonrasında ilk 3 iş günü içerisinde ilgili anabilim dalına ürünü değerlendirmeye 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Teser. No:53527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA - KAŞE
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Algin POLAT EKİNCİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 88856

İMZA - KAŞE
T.C. Dr. Can BAYKAL
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı