



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	PTCA KILAVUZ TELLER 0.014" 150-190 CM ARASI HİDROFİLİK DÜZ TİP SUT KODU:KR1086
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ul style="list-style-type: none">▪ Kılavuz tel, fixed core olmalıdır.▪ Kılavuz tel, PTFE kaplama olmalıdır.▪ Kılavuz tel, 0.014" kalınlığında minimum 182cm uzunluğunda, uç kısmı J yada str tipinde olmalıdır.▪ Kılavuz tel'in uç kısmı 30cm flexible olmalı ve uç kısmında minimum 2.8 cm'lik radyopak bölüm olmalıdır.▪ Kılavuz telin uç kısmı travmatik olmalıdır.▪ Kılavuz tel aşağıda belirtilen seçeneklerde olmalıdır.<ul style="list-style-type: none">▪ Floppy,
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. 2. 3.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen

Uzm.Dr. Saim HANET
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uzm. Tes. No: 146067
Uzm. Tes. No: 115376

Doktor Öğretim Üyesi
Ekrem Kemal KAYMAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uzm. Tes. No: 146067
Uzm. Tes. No: 115376

Doc. Dr. Ali ELİTOK
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uzm. Tes. No: 146067
Uzm. Tes. No: 115376



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

Uzm. Dr. Sarıgül EMET
İ. T. F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115376
Uz. Tes. No: 115376

Doktor, Yatırım Üyesi
Ekrem Bilal KARAAVAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115376
Uzm. Tes. No: 115346

Doc. Dr. Ali DİLİCER
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115376
Uz. Tes. No: 115242