

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BİYOGÜVENLİK KABİNİ CİHAZI
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME NO:
İTF / YP / LAB / 152

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu teknik şartnamede, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOGÜVENLİK KABİN CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/LAB/152 21/02/2025 00 1 / 2
--	---	--	---

Sıra No	Yapılacak İşlem	Adet	Cihaz/Ürün/Sistem Adı	Demirbaş No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model
1	Bakım, Filtre değişimi ve Validasyon	1	Biyogüvenlik Kabini	255.8.2/13/757971	Mikrobiyoloji	Heraeus / HS12 / 981106048
2	Bakım, Filtre değişimi ve Validasyon	1		253.3.6/13/721185		Heraeus / HS12 / 97107991
3	Bakım, Filtre değişimi, dezenfeksiyon ve Validasyon	1		253.3.5/13/716020		Heraeus / HB2448 / 50033852
4	Bakım, Filtre değişimi ve Validasyon	1		253.3.5/13/706124		Heraeus / KS12 / 40432681
5	Bakım, Filtre değişimi ve Validasyon	1		253.3.5/13/709845		Heraeus / HS9 / 97109580
6	Bakım, Filtre değişimi ve Validasyon	1		253.3.5/13/708925		Heraeus / HS12 / 97107988
7	Bakım, Filtre değişimi ve Validasyon	1		253.3.5/13/707175		Thermo / MSC9 / 306020207

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.

1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Doç.Dr. D.Bahar AKGÜN KARAPINAR Dip.Tes.No:83281-117991 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Prof.Dr. Sevim MEŞE Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dip. Tes. No: 97704	İstanbul Tıp Fakültesi Prof.Dr. Zeynep AKGÜN Dip. Tes. No: 83283 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

FR 07.04.04/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOGÜVENLİK KABİN CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/LAB/152 21/02/2025 00 2 / 2
--	---	--	---

1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.

1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü teknik elemanlarının gözetiminde yapılır.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

Parça değişimi yapılan cihaz/ürün/sistem ile ilgili olarak yüklenici firmanın 4 nüshalı "Servis Formu" ile Biyomedikal Bölümü "Teknik Servis Kontrol Formu" birlikte düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birimde, birer nüshası Biyomedikal Bölümü'nde, birer nüshası ise yüklenicide kalır, diğer nüshalar fatura ile birlikte Anabilim dalı sekreterliğine verilir.

Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Bölümü teknik elemanının ve yüklenici firma servis elemanının imzaları olmalıdır.

Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

KONTROL (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
Atakan DİLSİZOĞLU Biyomedikal Teknikeri İ.Ü. Biyomedikal Bölümü	Mustafa Mert ÖZBAŞ Mekanik ve Laboratuvar Uzmanı İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Doç.Dr. D.Bahar AKGÜN KARAPINAR Dip.Tes.No:83281-117991 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ferit MESE Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Uzmanı Dip. Tes. No:97704	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Zeynep ERTURAN Dip. Tes. No: 52133 Mikrobiyoloji Uzmanı

FR 07.04.04/00



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TAŞINIR MAL SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ/ÖNERİ FORMU



DOSYA NO:

TARİH:

MALZEME TÜRÜ

Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım/Yedek Parça Demirbaş Tıbbi Sarf
Genel Sarf Laboratuvar Malzemesi İlaç

MALZEME KULLANIM SÜRESİ:

HASTABAŞI MALZEME: HASTA TC KİMLİK NO: _____

4 AY 6 AY 1 YIL 2 YIL SÜRESİZ

ÖZELLİKLİ/MARKALI MALZEME İSE NEDENİ:

.....
.....

DİĞER BİRİMLERDE KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI: EVET HAYIR

ÖNERİLEN İHALE BİLİRKİŞİ BİLGİLERİ

BİLGİLER	1. ASİL ÜYE	2. ASİL ÜYE	3. ASİL ÜYE
ADI SOYADI	ÖNER KİPRİTÇİ	Burak Pural	DOÇ DR BAHAR AKGÜN KARAPINAR
E-mail	Oner.kipritci@istanbul.edu.tr	burakpural@gmail.com	akgund@istanbul.edu.tr
TC Kimlik No	33520542262	39505331098	
Cep Telefonu	5327179728	0 507 8373945	05335539161
Dahili Numara	332451	32602	32822

ÖNERİLEN İHALE YEDEK BİLİRKİŞİ BİLGİLERİ

BİLGİLER	1. YEDEK ÜYE	2. YEDEK ÜYE	3. YEDEK ÜYE
ADI SOYADI	DOÇ.Dr. Sevim Meşe	Sercan Aslan	KENAN AKBULUT
E-mail	smese@istanbul.edu.tr	srcn_aslan@hotmail.com	Kenanakbulut34@hotmail.com
TC Kimlik No		55687450730	18308512750
Cep Telefonu	05054855869	0 543 6990797	5468610686
Dahili Numara	33387-32144	32602	32451

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Kurumumuzun istediği doğrultuda partiler halinde tıbbi malzeme genel şartları ve teknik şartnameye uygun şekilde teslim edilir. Ancak kurumumuzun talep ettiği malzemeler, yüklenici tarafından talep edildiği tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Kit-Kimyasal deposuna teslim edilmek zorundadır.

TARİH -İMZA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Doç.Dr. D.Bahar AKGÜN KARAPINAR
Dip.Tes.No:83291-117991
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MALZEMEİSTEME GEREKÇELİ
RAPOR FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

BIYOGÜVENLİK KABİNİ

MİKTARI

7 ADET

NE KADAR SÜRE İÇİN KULLANILACAKĞI

YILLIK

KULLANIM AMACI

Mikrobiyolojik ve biyogüvenlik tedbirler ve uluslararası kurallar kapsamında klinik örnek en az biyogüvenlik düzey II kabinlerde işlem görmesi gerekmektedir. Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen klinik örnek sayısının fazla olması nedeniyle, hasta kültürlerinde oluşabilecek kontaminasyonları ve çalışan teknik personele herhangi bir enfeksiyon hastalığının bulaşını en az indirmek ayrıca klinik örneklerin işlenmesi aşamasında kurallara uygun işlem görmesi gerektiği için Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında bulunan 7 adet kabin için teknik bakım ve filtre değişimine ihtiyacımız bulunmaktadır.

TIBBİ CİHAZ İSE ÜST-ORTA DÜZEY OLMA DURUMU

ÜST

CİHAZA BAĞLI YEDEK PARÇA VEYA CİHAZA BAĞLI SARF OLMA DURUMU

YOK

İMZA - KAŞE

Prof. Dr. Betigül ÖNGEN

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Betigül ÖNGEN
Dip. Tescil No: 28993
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Yaşar NAKİPOĞLU

İMZA - KAŞE

Doç. Dr. Bahar AKGÜN KARAPINAR

(Handwritten signature)