



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**

**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (GS1480) BİLİYER STENT PLASTİK SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 10 F 9 CM
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Stent dış çapı 10 fr olmalıdır. 2-Çift taraflı iki veya dört çentikli radyopak TFE kaplı positioningsleve bir arada bulunması tercih sebebi olabilir. 3-0,035'' klavuz tel ile uyumlu olmalıdır. 4-Taşıyıcı katater, biliarystent ve itici katater aynı sistemde yüklü olmalıdır. 5-Stent,proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilir.. 6-Stent proximalinde ve itici kataterdistalinderadyopak markerlar bulunmalıdır. 7-Stentin 7,9 cm ölçüleri olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ali Fırat KAHAN GÖK
Dip. Tes. No: 105845 / 79702
Genel Cerrahi A.D.

İMZA-KAŞE

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Levan Damlı ERCAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 146254 / 140870

İMZA-KAŞE

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Teoman YANAR
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. No: 22385 / 25853



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**

**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.

6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ali Fuat Kaan ÇÖK
Dip. Tes. No:105045 / 70702
Genel Cerrahi A.D.

İMZA-KAŞE

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Leman Damla ERCAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No:146254 / 140870

İMZA-KAŞE

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Teoman YANAR
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. No: 22385 / 25853