



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (GR1256/KV1220/KR2057) BAĞLANTI SETİ OPAK MADDE İÇİN VALFLİ ÇİFT HATLI TEK ÇIKIŞLI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Manifold basınca dayanıklı olmalıdır. 2. Manifold yan tarafından üç çıkışlı ve her çıkış için üç yollu rotational adaptörlü olmalıdır. 3. Manifold şeffaf materyalden mamul olmalıdır. (Basınç, serum ve kontrast madde konnektörü dahil) 4. Beraberinde verilecek olan anjiyografi enjektörü 12cc'lik, 2cc stopperli, basınca dayanıklı şeffaf, hazne kısmında 2 adet, piston proksimalinde ise bir adet yumuşak parmak geçirme yerleri olmalıdır. 5. Ayrıca beraberinde verilecek olan bir ucu anjiyografi enjektör ucuna, diğer ucu katetere bağlanacak şekilde uyarlanmış yüksek basınca dayanıklı konnektör, plastikten mamul ve 45cm uzunluğunda olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları oarkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerinegün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştirılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet AYDOĞAN
I.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 119762
119762

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. Samim Emet
Kardiyoloji Uzmanı
Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Dip. No: 145077
Uzm. Tes. No: 115242

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Ali ELİTOK
I.T.F. Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uz. Tes. No: 115242 - 115242



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunulmalıdır.

İMZA-KAŞE

Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet AYDOĞAN
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 9752
Uz. Tes. No: 115375

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Samim Zmet
Kardiyoloji Uzmanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Dip. No: 146067
Uz. Tes. No: 115375

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Ali ELİTOK
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uz. Tes. No: 14662 - 115242