



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
ANABİLİM DALI  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



İŞİN ADI

SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ, TEKNİK ve  
FİZİKSEL  
ÖZELLİKLER

1. 18 mm paslanmaz boru ile imal edilmiş olmalıdır.
2. Askının boyu 1 mt olmalı.(opsiyonel olarak istenildiğinde daha uzun ve daha kısa imal edilebilmeli )
3. 2 adet askısı olmalıdır.
4. Ünite üzerinde alt ve üst raya bağlamak için 2 adet alüminyum eloksallı ray aparatı olmalıdır ve her bir ray aparatı üzerinde rayı ve askıyı elle kolayca sabitlemeye yarayan 2 adet bakalit malzemeden yapılmış sıkma vidası bulunmalıdır.
5. Aksesuar rayı ile serum askısı uzaklık mesafesi en az 110 mm olacaktır.
6. Üretici veya yapımcı firmanın CE Belgesi, ISO 9001:2008 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
7. Alınan bu malzemeler yüklenici firma tarafından takılmalıdır.

GENEL HUSUSLAR

1. Yüklenici belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.

KABUL/MUAYENE  
VE  
TESLİMAT  
ŞARTLARI

1. Yüklenici, cihazı kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Ürünün nakliye sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.
2. Yüklenici, ürünü kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
3. Ürün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim alınmaz.
4. Teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde tek seferde İstanbul Tıp Fakültesi Esenyurt yerleşkesine teslim edilmek zorundadır.

TEKNİK SERVİS  
GARANTİ VE  
YEDEK PARÇA

1. Yedek parça temini garantisi 10 (on) yıl ile en az 2 (iki) yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.

EĞİTİM

1. Yüklenici, ürünün tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanacak şekilde personeli ücretsiz eğitmekle yükümlüdür.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen ürünler bu şartnamede FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ yazan bölümünde kendileriyle ilgili olarak belirtilen teknik özellikleri mutlak surette karşılamalıdır.
2. Teknik şartname özelliklerini sağlamayan hiçbir ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. FİRMA teklif ettiği ürünün marka ve modelini belirtilecek ayrıca ürün katalogunu sunacaktır. Ürün değerlendirmeleri katalog üzerinden yapılacaktır.
4. Ürünlere ait var ise orijinal kitap, CD, broşür gibi destekleyici unsurları ürünlerle birlikte orijinal ambalajında teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zerrin SUNGUR  
Dip. Tes. No. 72909  
Anesteziyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Bedrihan ERGİN ÖZCAN  
Dip. Tes. No. 57318  
Anesteziyoloji Uzmanı  
Yoğun Bakım Uzmanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Figen ESEN  
Dip. Tes. No. 41101  
Anesteziyoloji Uzmanı  
Yoğun Bakım Uzmanı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
ANABİLİM DALI  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



5. Garanti süresi içinde tüm ürünlerde meydana gelen tüm arızalar YÜKLENİCİYE KURUM tarafından iletdikten sonra en geç ertesi iş günü içerisinde yerinde müdahale ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu süre içerisinde çözüm sağlanamayacak olan ürünlerin yerine aynı görevi yapabilecek arızalı olan ürünün yenisi veya mevcut sistemle uyumlu olan daha üst bir model olan ürün konulacaktır.
6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zerrin SUNGUR  
Dip. Tes. No: 72909  
Anesteziyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN  
Dip. Tes. No: 07418  
Anesteziyoloji Uzmanı  
Yoğun Bakım Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Figen ESEN  
Dip. Tes. No: 41101  
Anesteziyoloji Uzmanı  
Yoğun Bakım Uzmanı