

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ VE KBB HASTAHANESİ
VATAN YERLEŞKESİ
ANESTEZİYOLOJİ ABD.
VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEM
ONARIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME NO
İTF / OB / VTN YERL /23

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu teknik şartnamede, Biyomedikal Bölümü'nün yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının Biyomedikal Bölümü Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

Prof. Dr. Zeynep SUNGUR
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji Dalı Başkanı

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ali İzzet ÇAMCI
Dip. Tescil No: 43970
Anesteziyoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Haşer Ayşen YAVRU
Dip. Tescil No: 38267
Anesteziyoloji Uzmanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTANESİ VATAN YERLEŞKESİ ANESTEZİYOLOJİ ABD. VIDEO ENDOSKOPI SİSTEM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart. No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/OB/VTN YRLŞ/23 22 / 09/ 2025 00 1 / 2
---	---	---	--

Sıra No	Yedek Parça Adı	ADET	Cihaz/Ürün/ Sistem Adı	Biyomedikal Kimlik No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model
1	C MOS CHİP VE KONNEKTÖR DEĞİŞİMİ	1	VIDEO ENDOSKOPI SİSTEM	253.3.5/20/102929	Ameliyathane	KARL STORZ 8403BXC SN: UP58623

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 6 ay süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.

1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.

1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.

1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
<p>Prof. Dr. Zerrin SUNGUR İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji Uzmanı</p>	<p>İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali Hacer YAVRU Dip. Tes. No: 43970 Anesteziyoloji Uzmanı</p>	<p>İstanbul Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Ayşen YAVRU Dip. Tes. No: 38267 Anesteziyoloji Uzmanı</p>

FR 07.04.04/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHI HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHI HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ ANESTEZİYOLOJİ ABD. VIDEO ENDOSKOPİ SİSTEM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart. No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/OB/VTN YRLŞ/23 22 / 09/ 2025 00 2 / 2
---	---	---	--

1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, Biyomedikal Bölümü teknik elemanlarının gözetiminde yapılır.

Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

Parça değişimi yapılan cihaz/ürün/sistem ile ilgili olarak yüklenici firmanın 4 nüshalı "Servis Formu" ile Biyomedikal Bölümü "Teknik Servis Kontrol Formu" birlikte düzenlenir ve bu formun birer nüshası cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birimde, birer nüshası Biyomedikal Bölümü'nde, birer nüshası ise yüklenicide kalır, diğer nüshaları fatura ile birim sorumluluk dalı sekreterliğine verilir.

Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Bölümü teknik elemanının ve yüklenici firma servis elemanının imzaları olmalıdır.

Bu formun formülasyonunda işleme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe hazır ve kullanılabilir durumda olduğu birlikte belirtilir.

2.1. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1.1. Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

Yüklenici (Kaşe/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
Mehmet Koca MK	Mustafa Mert ÖZBAŞ Elektronik ve Halkla İlişkiler Uzmanı İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Zeynep SUNGUR İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dalı Başkanı	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali Emre ÇUNCI Dip. Tescil No: 43970 Anesteziyoloji Uzmanı	İstanbul Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Aysen YAVRU Dip. Tescil No: 38267 Anesteziyoloji Uzmanı

FR 07.04.04/00