



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	INTRACORONER TROMBÜS ASPİRASYON KATETERİ - SUT KOD:114012
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tek Operatör kullanımına uygun yapıda (monorail) üretilmiş olmalıdır. 2. Katater, 0.014 '' kalınlığında kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır. 3. Katater uzunluğu en az 140cm, paroksimal şaft kalınlığı 3.8F, distal şaft kalınlığı ise 4.7 F olmalıdır. 4. Katater ucunda marka olmalı ve uç kalınlığı 0.023'' olmalıdır. 5. Katater, en az 0,068'' iç lümeni olan 6F kılavuz katerle kullanma uygun olmalıdır. 6. Katater kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalıdır. 7. Kateter aspirasyon lümeni minimum 0.9 mm olmalı, hızlı aspirasyon için ana çıkış lümeni dışında en az 3 adet oval port'a sahip olmalıdır yada tek ve uzun yapıda dizayn edilmiş daha fazla trombüs çekebilmesine olanak sağlayan lümen yapısına sahip olmalıdır. 8. Katater Seti kateterle birlikte , stopcock (musluk), kısa uzatma filitre ve kilitlenebilir 30 ml'lik özel şırınga içermelidir. 9. Katater hava kabarcığı aspirasyonu ve lokal ilaç infüzyon uygulamaları içinde uygun olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine TEK SEFERDE teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı

Uzm. Dr. Serdar EMET
İT.F. Kardiyoloji A.B.D.
D. T. No: 1140067
Uz. Mes. No: 115376

Doktor Öğretim Üyesi
Ekrem Binal KARAYVAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
D. T. No: 1140067
Uz. Mes. No: 115376

Doc. Dr. Ali...
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
D. T. No: 1140067
Uz. Mes. No: 115376



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.

Uzm. Dr. Feriye EMET
T.C. İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Diyetisyenliği A.B.D.
E-posta: feriemet@istanbul.edu.tr
T.C. Kimlik No: 148067
Uz. Tıp. No: 115376

Doktor Öğretim Üyesi
Ekrem BİLİR KARA
T.C. Kimlik No: 148060
Diyetisyenliği A.B.D.
Uz. Tıp. No: 111546

Doç. Dr. Ali ERGİL
T.C. Kimlik No: 148060
Diyetisyenliği A.B.D.
Uz. Tıp. No: 111546