

3760003-2025



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

- Avrupa Standart Serisi

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

- Deri yama testleri aşağıdaki serileri içermelidir.
Avrupa Standart Serisi
İstanbul Tıp Fakültesi için;
- Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji Bilim dalının Avrupa Standart Serisi 1 set'den oluşmaktadır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

AVRUPA STANDART SERİSİ;

1. Avrupa Standart Serisi 32 allerjenden oluşmalı ve allerjenler 5 ml'lik enjektör içinde saf vazeline emdirilmiş ve sıvı olarak bulunmalıdır.
2. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dir.
3. Her bir allerjen 80-100 test'lik olmalıdır.
4. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde, her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunmalıdır.
5. Ürünlerin Sağlık Bakanlığın' dan alınmış "Kontrol belgesini" ihale dosyasında sunmalıdır.
6. Alerjen Listesi tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

ALERJEN LİSTESİ

1.	Potassium dichromate
2.	p-PHENYLENEDIAMINE (PPD)
3.	Thiuram mix
	Tetramethylthiuram monosulfide
	Teramethylthiuram disulfide (TMTD)
	Tetraethylthiuram disulfide (TETD)
	Dipentamethylenethiuram disulfide (PTD)
4.	Neomycin sulfate
5.	Cobalt(II)chloride hexahydrate
6.	Caine Mix III
	Benzocaine
	Dibucaine Hydrochloride
	Tetracaine Hydrochloride
7.	Nickel sulfate hexahydrate
8.	2-Hydroxyethyl Methacrylate

İMZA - KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Dermatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527

Istanbul Tıp Fakültesi
Dermatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Dermatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- | | |
|-----|---|
| 9. | colophonium |
| 10. | Paraben Mix |
| | -Methylparaben |
| | -Ethylparaben |
| | -Propylparaben |
| | -Butylparaben |
| 11. | N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD) |
| 12. | Lanolin Alcohol |
| 13. | Mercapto mix |
| | N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide |
| | 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) |
| | Dibenzothiazyl disulfide (MBTS) |
| | 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol (MOR) |
| 14. | Epoxy resin, Bisphenol |
| 15. | Peru Balsam |
| 16. | 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin |
| 17. | 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) |
| 18. | Formaldehyde |
| 19. | Fragrance mix |
| | -cinnamyl alcohol |
| | -cinnamal |
| | -Hydroxycitronellal |
| | - amyl cinnamal |
| | -geraniol |
| | -eugenol |
| | -isoeugenol |
| | -Oakmoss absolute. |
| 20. | Sesquiterpene lactone mix |
| | -Alantolactone |
| | -Dehydrocostus lactone |
| | -Costunolide |
| 21. | Sodium Metabisülfite |
| 22. | Propolis |
| 23. | Methylisothiazolinone + Methylchloro-Isouthiazolinone %0,215 aq |
| 24. | Budesonide |

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527
Dermatoloji Uzmanı
İMZA - KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No: 104207
Dermatoloji Uzmanı
D. Yasaçıl ERDEN
İMZA - KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No: 104207
Dermatoloji Uzmanı
İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- | | |
|-----|--------------------------------|
| 25. | Tixocortol -21-pivalate |
| 26. | Methyldibromo Glutaronitrile |
| 27. | Fragrance mix II |
| | -Lyral |
| | -Citral |
| | -Farnesol |
| | -Citronellol |
| | -Hexyl cinnamic aldehyde |
| | -Coumarin |
| 28. | -Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene |
| 29. | Methylisothiazolinone |
| 30. | Benzisothiazolinone 0.1 |
| 31. | Textile dye Mix |
| | - Diperse Blue 35 (D-027) |
| | - Diperse Orange 1 (D-031) |
| | - Dispers Orange 3 (D-032) |
| | - Dispers Red 1 (D-034) |
| | - Dispers Red 17 (D-035) |
| | - Dispers Yellow 3 (D-036) |
| | - Dispers Blue 106 (D-040) |
| | - Dispers Blue 124 (D-041) |
| 32. | Decyl glucoside 5 |

ALERJEN YÜKLENEBİLEN TEST KUYUCUĞU (10x100)

1. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğunun katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
2. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak alerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır. Panel üzerinde kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonlarının karışmasını önler olmalıdır. Alerjenlerin test öncesi Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında poşet içinde 1-2 haftaya kadar saklanabilir olması gerekmektedir. Sıvı alerjenler için test odacıkları sıvı alerjenlerin emdirilmesine uygun olarak, kurutma kağıtlı olmalıdır. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu'dan farklı olarak kapaksız olmalıdır. Ayrıca başka ürünlerin (makyaj, ilaç, ve gıda ürünleri gibi) hazırlanırken etrafa sıçraması

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No: 53527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA - KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- gibi sebeplerle kirlenen yapışkan flaster kağıt hastanın sırtına yapıştırılması sırasında çıkartılabilmelidir
3. Sağlık Bakanlığında alınmış “ Üretim, ürün veya ithalat izin belgesi ” muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

+2 °C ile +8 °C ' de muhafaza edilmelidir. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 3 haftaya kadar saklanabilmelidir.

**KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ**

İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji Bilim Dalında kullanılacaktır.

**AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI**

En az 5 ml'lik enjektörlerde olacaktır.

**TESLİMAT
ŞEKLİ**

Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal-Ambarı deposuna teslim edilecektir.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır, UBB kapsam dışı olanlar kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. Firma ihale sırasında ürünlerin orijinal kataloglarını ihale komisyonuna değerlendirilmek üzere teslim edecektir.
3. İhaleye katılacak firmaların türkiye distribütörü/yetkilendirilmiş dağıtım firmasından alınmış ‘Yetki Belgesi’ ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ihale dosyasında sunmalıdır.
4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
5. Teslim edilecek sarf malzemeler için (alerjenler, alerjen yüklenebilen test kuyucuğu, sıvı alerjenler v.s.) teslimat yapılacak olan Fakülte/Enstitü Laboratuvar Sorumlusunun onayı alınacaktır.

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Teşhis No: 53527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

YAMA(PATCH) DERİ TESTİ İŞARETLEME KALEMİ(SKİN MARKER)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Kesik, kalın, künt uçlu olmalıdır.
2. İnce uçlu deri işaretleme kalemleri uygun değildir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

Yama testi kalemleri deri için nontoksik özellikte olmalı ve boyası 72 süreyle deriden siinmemelidir.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

Kuru ve serin yerde muhafaza edilebilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

Deri yama testi yapılan hastalarda alerjenlerin yerlerinin 3-4 gün içerisinde kaybolmaması için, uzun süre çıkmayan deri işaretleme kalem kullanılmaldır. Bu kalemle hastanın sırtı çizilerek işaretlenmelidir.

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

Malzemenin miadı en az 1 yıl olmalıdır. Miadı dolan ürünler yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

Tekli kalemler halinde miktarınca teslim edilmelidir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1-Firma ihale sırasında ürünü değerlendirmeye 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Bip. Tesit No: 53527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164207
Dr. Y. Kaya

İMZA - KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164207
Dr. Y. Kaya