



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN
ADI

PATOLOJİK NUMUNE KABI 15 ml

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- Vidalı kapaklı olmalıdır.
- Saydam propilenden üretilmiş olmalıdır.
- Kapakları sızdırmaz olmalıdır.
- Non steril olmalıdır

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

- Patolojik numuneleri taşımak ve saklamak için kullanılır.

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

- Bir pakette en az 250 adet olmalıdır

TESLİMAT
ŞEKLİ

- Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

- Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olan ürünler için UBB kapsam dışı olduğuna dair belge ihale evrakları içinde sunulmalıdır.
- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.
- İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her birinden en az 2'ser adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İmza-Kaşe

İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Uzmanı
Dr. Tuğba
48338

İmza-Kaşe

İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Uzmanı
Dr. Tuğba
48338

İmza-Kaşe

İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Uzmanı
Prof. Dr. Algin POLAT EKİNGİ
Dip.Tes.No: 89856



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PATOLOJİK NUMUNE KABI 100-150 ml- 250 ml, 500 ml, 1000 ml
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. En fazla 150 ml, 250 ml, 500 ml,1000 ml hacime sahip olmalıdır.2. Ürün tercihen vidalı kapaklı veya sızdırmaz geçme olmalıdır.3. Ürün PVC (Polivinilklorür)'den imal edilmiş olmalıdır.4. Gövde beyaz renkli, kapakları sızdırmaz tercihen şeffaf olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Oda ısısında rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilebilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Patoloji rutin laboratuvarı işlemlerinde kullanılacaktır. Numune Kabul Koşullarında istenilen şartları ve saklama süresini etkin sağlamalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Herhangi bir nedenle tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden 3 ay önce haber vermek koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle ücretsiz olarak değiştirmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Sıvı sızdırmaz kapaklı olmalıdır.2. Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.3. Kap üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerinin yazılabileceği evsafıta yazım alanı bulunmalıdır. Yazılar su bazlı sıvılar ile silinmemeli, bozulmamalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 20 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2. Malzemeler yüklenici tarafından Kit-Kimyasal Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.2. İstekliler, değerlendirilmek üzere her birinden en az 10'ar adet numuneyi ihale sonrası ilk üç (3) iş günü içerisinde ilgili anabilim dalına teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.3. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

Berrin TUNALI
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji

Hasret Çetinkaya
Jaf

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK

Sibel