

	<p style="text-align: center;">T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ</p> <p style="text-align: center;">SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	<p>İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/></p> <p>ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/></p>
MALZEMENİN ADI	EEG PASTASI	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1. Disk tipi EEG elektrotları ile kullanılabilir olmalıdır.</p> <p>2. Yapışkan özelliğe sahip olmalıdır.</p> <p>3 .Pasta orijinal olmalıdır.</p>	
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<p>4. Polyoxethlene 20 Cetyl Ether içermelidir.</p> <p>5. Yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması için kalsiyum karbonat ve potasyum klorid içermelidir.</p> <p>6. Suda eriyebilen özellikte olmalıdır.</p>	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<p>7. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</p>	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ		
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<p>8.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.</p>	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<p>9. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.</p> <p>10.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi lot ve referans numarası bulunmalıdır.</p> <p>11. Malzeme Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.</p> <p>12..Malzeme orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.</p>	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ		
TESLİMAT ŞEKLİ	<p>Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişten sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposu'na teslim edilecektir</p>	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalı,sahip olmayan malzeme için UBB kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.</p> <p>2-Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını gösteren firma üretim katalogunu, firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir.</p> <p>3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştireceği ile ilgili yazılı taahhütname ile malzemelere ait garanti belgesini muayene ve Kabul Komisyonu'na verecektir.</p>	
<p>İMZA-KAŞE</p> <p>Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D. Doç. Dr. Ayşe Deniz ETMALI YAZICI Dip. Tes. No: 155765 / 121829 / 142015</p>	<p>İMZA-KAŞE</p> <p>Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D. Doç. Dr. Ferihs UZLU Dip. Tes. No: 11202</p>	<p>İMZA-KAŞE</p> <p>Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D. Doç. Dr. Ferihs UZLU Dip. Tes. No: 11202</p>



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

4-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
5-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
6-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
7-Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE
Istanbul Üniversitesi
Istanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D
Doç. Dr. Ayşe Deniz ELMAL YAZICI
Dip. Tes. No: 158766 / 11829 / 142015

Prof. Dr. ...
Istanbul Üniversitesi
Istanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D. Başkanı

İMZA-KAŞE
Istanbul Üniversitesi
Istanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D
Doç. Dr. Ferda USLU
Dip. Tes. No: 121222

Prof. Dr. ...
Istanbul Üniversitesi
Istanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D. Başkanı

İMZA-KAŞE
Istanbul Üniversitesi
Istanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A.B.D. Klinik Nörofizyoloji B.D
Doç. Dr. ...
Dip. Tes. No: ...