



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ŞARJ EDİLMEYEN ALKALİN PİL TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Pillerin üzerinde marka, model vb. özellikleri yazılı olmalıdır. 2-Birebir hasta hizmetinde kullanılan cihazlarda kullanılacağı için yüksek kaliteli, endüstriyel özellikli, piyasanın en yüksek verimli olan akıtmayan ve uzun ömürlü olup en az 72 saat sürekli olarak cihazda çalışır vaziyette olacak pillerden olmalıdır. 3-Piller; 1,5 V AA alkalen kalem pil ve 1,5 V AAA alkalen kalem pil
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-Çevreye zarar verecek civa kimyasalı olmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin oda sıcaklığında
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Pille çalışan tüm elektronik cihazlarda kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Alkalin pil (şarj edilmeyen) üzerinde en az iki yıllık raf ömrü yazılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Tüm malzemeler orijinal ambalajlar içinde olacaktır. Ambalajlar standart sayıda olacaktır. Standart ambalajlı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. 2-Pillerin ambalajı üzerinde marka, model vb. diğer özellikleri yazılı olmalıdır. üretim barkodu olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- İstekliler, ihale sonunda 3 (Üç) iş günü içinde ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere en az 2 şer (İki) adet orijinal ambalaj içindeki numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen etiketi malzeme ambalajı üzerine yapıştırdıktan sonra "Numune teslim tutanağı" ile birlikte teslim edecektir. 2-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı olan ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 15 (Onbeş) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir. 4-Piller en az 72 saat hasta üzerinde cihaza takılı olarak test edilecek ve çıkan sonuca göre değerlendirilerek uygunluk verilecektir.

İMZA-KAŞE

Berrin TUNALI
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Sarf Malzeme Tekniği

İMZA-KAŞE

Hasret Çetinkaya

İMZA-KAŞE

Uzm. Hemşire
Nurdane KARAMAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu