
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
HAVA-SU TANKI
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin teknik elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.
-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HAVA-SU TANKI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Tarih Revizyon Sayfa	26/01/2026 00 1 / 2
---	---	----------------------------	---------------------------

Sıra	Yedek Parça Adı	Adet	Cihaz/Ürün/ Sistem Adı	Demirbaş No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka, Model ve Seri No
1	Wt-603 Hava Su Tankı	1	Hava Su Tankı	253.3.5/25/37135	Çocuk Endoskopi	Fujifilm WT-603

1. TESLİMAT ve GARANTİ

- 1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
- 1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.
- 1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.
- 1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.
- 1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
- 1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
- 1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
- 1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
<p>I.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Doç. Dr. Elif TÜRKMEN Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Dip. No: 05 4481 174 Dip. Tes. No: 124230</p>	<p>Prof. Dr. Ozlem DURMAZ Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Diploma No: 59504</p>	<p>I.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Aysel MAZDOĞVA Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Bilişimsel Uzmanı Dip. Tes. No: 09 1574 174 / Dip. Tes. No: 804117</p>

FR 07.04.04/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HAVA-SU TANKI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Tarih Revizyon Sayfa	26/01/2026 00 2 / 2
---	---	----------------------------	---------------------------

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçanın ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

KONTROL (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
Ergin Kardeşoğlu Ergin	Abdulkadir ER Biyomedikal Sorumlusu

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
<p>İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji B.D. Doç. Dr. Erif TURKOLU Dip. No: 705574 Uzm. B.D. Dip. Tes. No: 124230</p>	<p>Prof. Dr. ÖZLEM DURMAZ Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme Uzmanı Diploma No: 59564</p>	<p>İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ayşel MAJDOVA Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D. Dip. Tes. No: 705574 Uzm. B.D. Dip. Tes. No: 804 97</p>

FR 07.04.04/00