
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
HASTABAŞI MONİTÖR
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının I.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin teknik elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.
-




İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTABAŞI MONİTÖR YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Tarih Revizyon Sayfa	30/01/2026 00 1 / 2
---	---	----------------------------	---------------------------

Sıra	Yedek Parça Adı	Adet	Cihaz/Ürün/ Sistem Adı	Demirbaş No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka, Model ve Seri No
1	SpO2 ara kablo	1	Hastabaşı Monitör	253.3.5/22/50160	Çocuk Acil	Okuman OKM500 F7210608098
2		1		253.3.5/18/4314		Mindray imec8 EW-77037645
3		1		253.3.5/22/50161		Okuman OKM500 F7210608023
4		1		253.3.5/22/50162		Okuman OKM500 F7210608060
5		1		253.3.5/22/50159		Okuman OKM500 F7210608162
6		1		253.3.5/18/4316		Mindray imec8 EW-77037643
7		1		253.3.5/19/21250		Mindray umec6 KM-7C010188
8		1		253.3.5/13/196743		Nihon Kohden BSM-2301K 37368
9		1		253.3.5/13/196742		Nihon Kohden BSM-2301K 37382
10		1		253.3.5/18/4315		Mindray imec8 EW-77037644

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
	 İ.D. İnceleme Fakültesi D.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Dip. Tes. No: 230787	 İ.D. İnceleme Fakültesi D.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Dip. Tes. No: 252622



FR 07.04.04/00




İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BIYOMEDİKAL BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTABAŞI MONİTÖR YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Tarih Revizyon Sayfa	30/01/2026 00 2 / 2
---	---	----------------------------	---------------------------

- 1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.
- 1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.
- 1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
- 1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
- 1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
- 1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçanın ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

KONTROL (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
	 Abdulkadir ER Biyomedikal Sorumlusu

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
	 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dr. Banu YILMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Dip. Tes. No: 230733	 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dr. Banu YILMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Dip. Tes. No: 252023