


	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ <input checked="" type="checkbox"/>
		CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/>
		DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/>
		KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/>
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/>

MALZEMENİN ADI	AMELİYAT TAVAN LAMBASI ELCEK OTOKLAVLANABİLİR KAMERASIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1- Elcek ameliyathane salonlarında bulunan ETKİN TIBBİ CİHAZLAR Marka ETC LED Serisi Ledli ameliyat lambaları ile uyumlu olacaktır. Ameliyat lambası üreticisi haricinde verilecek teklifler için üretici firmasından kullanılacak olan elcek için lamba ile uyumlu olup olmadığına dair uygunluk yazısı alınmalıdır. . 3- Elceğin lambaya bağlantı yerinde yandan basmalı kilit mekanizması olacaktır. 4- Elceğin toplam yüksekliği en az 108 (yüz sekiz) mm olacaktır. 5- Elceğin lambaya bağlantı yerindeki çapı en az 100 (yüz) mm olacaktır. 6- Elceğin tutma yerinin çapı en az 25 (yirmi beş) mm olacaktır. 7- Elcek beyaz renkte olacaktır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1- Elcek otoklav ile steril edilebilir olacaktır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1- Ameliyat tavan lambası
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1- Teklif edilecek malzeme orijinal ambalajında ve kullanılmamış, sıfır olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Malzemenin ÜTS kaydı bulunmalıdır. ÜTS kapsam dışı malzemeler için mezkur kapsam dışılık ispatlanmalıdır. 2.-Teklif verecek üretici firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır. Bayi olarak teklif verecek isteklinin üretici firmanın bayisi olduğuna dair kayıt işlemlerini ÜTS üzerinden tamamlamış olması gerekmektedir. Teklif eki ile birlikte ÜTS belgeleri idareye sunulmalıdır. 3- Malzemenin faturasında; ÜTS barkod numarası, markası, modeli, üretim yılı ve MKYS'ye göre düzenlenmiş cihaz adı bulunmalıdır. 4- Malzemenin muayenesine teklif veren firmanın personeli bizzat katılacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve döküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 5- Yüklenici firmanın 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan


İMZA-KAŞE

Hemşire Hulya Özdemir


İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneler
 Hemşirelik Sorumlusu
 İsmail T. Çelikkale


İMZA-KAŞE

Murat SÖZ




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Yeri Yetki Belgesi bulunmalıdır.

6- Malzemenin kullanım amacı TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ'nin 3. Maddesinin O Bendi dayanak alınarak imalatçı ya da cihazın satışını yapan firma tarafından yazılı olarak beyan edilmelidir. TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ kapsamında olmayan malzemeler için bu madde geçerli değildir.

7 -Malzemedede olumsuz olay meydana gelmesi halinde yerine ikame malzeme bırakılmalıdır. Eğer olumsuz olay meydana gelen malzeme kullanıldığı cihazı da etkilemişse mezkur cihazda meydana gelen zarar firma karşılayacaktır.

8- Malzemenin kullanıcı hataları haricinde en az 6 (altı) ay garantisi olmalıdır.

İMZA-KAŞE

Hemşire Hulya Önder

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK

İMZA-KAŞE

Nurten SÖLÜ