

İÜ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

**RADYOFARMASÖTİK TEMİNİ VE İŞARETLENMESİ  
HİZMET ALIMINDA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Konu:** Bu şartname İstanbul Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalının ve Onkoloji Enstitüsünün ihtiyacı olan Hizmet Alımı olarak, Radyofarmasötikler, Tc-99m jeneratörü, Ge-68/Ga-68 jeneratörü, radyofarmasötiklerin işaretlenmesi için gerekli olan soğuk kitler ve sarf malzemeleri ile ilgili özellikleri kapsar.

**1. ZORUNLU ÖZELLİKLER**

1.1. “Radyofarmasötik Temini ve İşaretlenmesi Hizmet Alımı” işi yalnızca radyofarmasötikleri ve işaretlenme için gerekli olan malzemeyi, ekipmanı ve personeli kapsar.

1.2. “Radyofarmasötik Temini ve İşaretlenmesi Hizmet Alımı” işi idari sözleşmenin imzalanmasını takiben **1 (bir)** yıllık süreyi kapsar.

1.3. Radyofarmasötik işaretleme, depolama ve uygulama mekanları ile atıklarının toplanacağı depolar idare tarafından tam ve eksiksiz olarak yüklenicinin kullanımına sunulacaktır. Satın alınacak hizmetin verileceği mekanlar, tam donanımlı, kapalı yer olarak, hizmeti verecek olan firmaya bedelsiz olarak sağlanacaktır. Hizmetin verileceği mahallin su, elektrik kullanım vs... giderleri Hastanemiz yönetimi tarafından karşılanacaktır.

1.4. Sistemler idari açıdan tümüyle Hastanemiz Yönetimine bağlı olarak çalışacaktır.

1.5. Hizmet alımı kapsamındaki her türlü radyofarmasötüğün ve radyoaktif maddenin Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kurallarına uygun olarak temini, nakliyesi, teslimi ve atık işlemleri yüklenicinin, depolanması ve kullanımı Anabilim Dalımızın sorumluluğunda olacaktır.

1.6. Bu hizmet alımı işinde 1 (bir) yıllık sürede, yüklenicinin sağlamakla sorumlu olduğu test adedinin tahmini yaklaşık miktarları **EK-1’de** belirtilmiştir. Yüklenici hizmet süresi içinde talep artışını bedeli mukabilinde sağlayacaktır. Hasta sayılarındaki değişmeye bağlı olarak SUT puanları baz alınarak testler arasında değişim yapılabilir.

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dışat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp ABD  
Dip. Tes. No: 218670

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 130753  
Uzm. Dip. Tes. No: 89196

I.Ü. İstanbul Tıp Fak  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
CNK LOJİ ENSTİTÜSÜ  
RADYOFARMAKİMYA  
Doç. Dr. İnci KAZILDAĞ-YIRGIN  
İşci No: 4103-108

1.7. Yüklenici firmanın sorumluluğunda olan radyofarmasötikler, soğuk kitler ve sarf malzemelerinin tahmini miktarları **EK-2'de** belirtilmiştir. Kitler, radyoaktif maddeler ve her türlü sarf malzemeleri kurumun istediği tarih ve saatte teslim edilecektir.

1.8. Yüklenici kendi sorumluluğunda olmayan tüm giderlerden muaf olacaktır.

1.9. Yüklenici firma kendi sorumluluğunda olan işlerin idaresi, radyofarmasötiklerin stok kontrolünün takibi, radyofarmasötiklerin hazırlanması, radyofarmasötiklerin enjeksiyonu ve hasta görüntüleme işleri için kurumda 3 (üç) kalifiye personel (Teknik Uzman) istihdam edecektir. Personellerle ilgili asgari şartlar aşağıda tablo halinde sunulmuştur. İstihdam edilen personelin tüm giderleri, (dozimetre ücreti dahil) yüklenici tarafından karşılanacaktır. İş kazası durumunda tüm sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır. Çalıştırılacak personel için idarenin onayı alınacaktır. İstihdam edilecek personellerin iş tanımını ve mesai düzenlemesini Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı yapacaktır. Yüklenici tarafından sağlanacak personelin çalışma saatlerinin düzenlemesinden doğabilecek her türlü ek ödeme, tazminat v.b. gibi masraflar yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Personelin yeterliliğine ve gerektiği zaman değiştirilmesine Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı karar verir.

Sıra No	Personelin Yapacağı İş	Mezuniyet Durumu	Özellik
1	Teknik Uzman	En az Önlisans	Üniversitelerin önlisans programlarından Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Nükleer Tıp Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Laboratuvar Teknolojisi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2	Teknik Uzman	En az Önlisans	Üniversitelerin önlisans programlarından Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Nükleer Tıp Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Laboratuvar Teknolojisi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
3	Teknik Uzman	En az Önlisans	Üniversitelerin önlisans programlarından Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Nükleer Tıp Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Laboratuvar Teknolojisi Bölümlerinin birinden mezun olmak.

i.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dışat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 218670

i.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 130753  
Uzm. Dip. Tes. No: 89196

i.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAY  
Kimyager

2  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. İnci KIZILTAĞ YILMAZ  
Sicil No: 41048 - 108

1.10. Kurum, firmanın malzemelerinin stoklanacağı, saklanacağı ve radyofarmasötiklerin işaretleneceği mekanları ve laboratuvarları sağlayacaktır. Bu mekanların bakım onarım ve temizlik işleri kurum elemanları tarafından yapılacaktır.

1.11. Sıcak odada kullanılmak üzere, **1(bir) Adet Doz Kalibratörü** verilecektir. Doz kalibratörünün teknik özellikleri EK-3'te belirtilmiştir.

1.12. Yüklenici Firma, ilk sağıım aktivitesi en az **1500 (bin beş yüz) mCi** olacak şekilde her hafta pazartesi sabahı **1 (bir) adet Mo-99/Tc-99m jeneratörü** sağlayacaktır. Jeneratör 1 (bir) hafta süre ile süzülüp, 1 hafta sonunda yenisi ile değiştirilecektir. Mo-99/Tc-99m jeneratörünün teknik özellikleri EK-3'te belirtilmiştir.

1.13. Yüklenici Firma, Nükleer Tıp Anabilim Dalında, Ga-68 radyonüklidi üretimi için ilk teslimatta en az **30mCi'lik Ge-68** aktivitesi olan **1 (bir) adet Ge-68/Ga-68 jeneratörü** bulunduracaktır. Jeneratörün süzüleceği ve ilgili kitler ile işaretleneceği alanın denetimi Anabilim Dalımızın sorumluluğunda ve denetiminde olacaktır. Jeneratörün teknik özellikleri EK-3'te belirtilmiştir.

1.14. Yüklenici firma, Ga-68 radyofarmasötiklerinin hazırlanmasında kullanılacak tam otomatik sentez sistemini sağlamakla yükümlüdür. Önerilen sentez sisteminin uygunluğuna Anabilim dalı karar verecektir. Ayrıca yüklenici firma Ga-68 radyonüklidi ile yapılacak işaretleme işlemleri için gerekli olan kit, tek kullanımlık kaset, kimyasal maddeler ve diğer sarf malzemelerini Anabilim Dalının talepleri doğrultusunda sağlamakla yükümlüdür.

1.15. Yüklenici firma kuruma teslim edeceği soğuk kitlerin miyatlarını takip etmekle yükümlü olacaktır. Miyadı geçen kitler asla kullanılmayacaktır.

1.16. Tc-99m jeneratörünün ve Ga-68 jeneratörünün süzümünden sonra yapılacak kalite kontrol işlemleri Anabilim Dalımızın denetiminde ve yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Süzüm sorunu, süzüm aktivitesinin eksik çıkması gibi sorunların giderilmesi yükleniciye ait olacaktır.

1.17. Soğuk kitlerin işaretleme amacıyla açılmasında; kaç hastaya bir kit açılacağı, bağlanma verimi <%95 olan kitlerin değiştirilmesi Nükleer Tıp Anabilim Dalının yetkisinde ve yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

1.18. Bölümümüzde bulunan 2 adet radyofarmasi laboratuvarının iklimlendirilmesi amacıyla gerekli klimatizasyon işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

1.19. Yapılan görüntüleme işlemleri sonucunda hazırlanacak olan raporların ve görüntülerin yazdırılarak hastalara teslim edilmesinde kullanılmak üzere, HP marka Laserjetpro MFP M426fdn model printer için 6 adet toner ve 30 paket EKG kağıdı (200 mm genişlik, Z katlı, kırmızı şerit ve delik sıralı A kağıdı) temin edilecektir.

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dışat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 218670

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 30753  
Uz. Dip. Tes. No: 89196

I.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ANABİLİM DALI  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Sicil No: 41035-108

1.20. Eğitim amaçlı ve ilgili yasalarla ücretsiz inceleme yapılması zorunlu olan hastaların sayısı, günlük hasta sayısının %3 (yüzde üç) ünü geçmeyecektir. Kota aşımına giren araştırmaların masrafları araştırmacıların kendileri tarafından karşılanacaktır.

1.21. 4 adet ses kayıt cihazı temin edilecektir.

1.22. İhale tarihinin sonlanması müteakiben; yeni ihale hizmeti veren eski yüklenici firmada kalmaz veya yeni ihale açılmaz ise Hastane Yönetimi tarafından yüklenici firmaya yapılacak tebliğ tarihini izleyen 10 takvim günü içerisinde, yüklenici firma hiçbir hak talep etmeden ve mahkeme hakkı kullanmadan kullandığı alanı tahliye edecektir. Yüklenici hizmet süresinin bitiminde, soğuk kitler ve radyonüklidlerinin haricindeki (jeneratörler, sarf malzemeleri) malzemelerini alabilecektir. Yüklenici kullandığı alanda daha sonra yapılacak olan çalışmaları engelleyecek veya kasıtlı olarak geciktirebilecek hasar bırakamaz.

1.23. Radyofarmasötiklerin temini, korunması, kullanılması ve atılması sırasında yüklenici firma yürürlükte olan veya hizmet alımı sürecinde yürürlüğe girecek olan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uyacaktır.

1.24. Yüklenici tarafından 1 (bir) adet Radyasyon Doz Hızı ve Doz Ölçer, 2 (iki) adet Kişisel Elektronik Dozimetre ve 2 (iki) adet radyasyon alan monitörü temin edilecektir. Bu cihazların teknik özellikleri EK-3'te belirtilmiştir.

## 2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Toplam puan üzerinden hizmet alımı yapılacaktır. Test sayıları ihalede talepli firmaların gerçeğe en yakın maliyetlerini hesaplamalarını sağlamak için verilmiştir. Hizmet kalemlerinden herhangi birinin puanı ihtiyaç duyulan diğer kalemlere aktarılabilir.

## 3. GARANTİ, BAKIM-ONARIM

3.1. Yüklenici tarafından karşılanan tüm cihazlar hizmet süresince bakım-onarım ve garanti kapsamında olacaktır.

3.2. Tc-99m jeneratöründe veya Ga-68 jeneratöründe süzüm sorunu olması, süzüm aktivitesinin eksik çıkması gibi sorunların giderilmesi yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici bu tür sorunlardan kaynaklanan iş gücü kayıplarını gün içinde telafi etmekle yükümlüdür.

3.3. Tc-99m ve Ga-68 jeneratörlerinde olabilecek aksaklıklara ilişkin bakım ve onarım işleri kurumun talebi üzerine yüklenici tarafından yapılacaktır.

## 4. MONTAJ

4.1. Jeneratörler ve yüklenici firma tarafından sağlanan tüm cihazlar kurumun göstereceği yere kurulacak ve işletilecektir. Gereken alt yapı hazırlığı yükleniciye ait olacaktır.

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dışat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No:218670

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No:130153  
Uzm. Dp. Tes. No.89196

I.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Doç. Dr. İncel KIZIL, Tıp Fak.  
Sicil No: 41043 - 108

4.2. Nükleer Tıp Anabilim dalında bulunan radyofarmasi laboratuvarlarının ortam sıcaklığı 22°C veya altında olmalıdır. Gerekli klimatizasyonun sağlanması yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

## 5. KABUL VE MUAYENE

5.1. Bu hizmet alımı işinde teklif edilen tüm malzemelerin ve radyonüklidlerin kabul ve muayeneleri idarenin belirleyeceği komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

5.2. Kabul ve muayene sırasında yüklenici firmalardan jeneratörlerin ve kitlerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul, muayene ve ekipmanların taşınması esnasında oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

5.3. Kabul ve muayene esnasında muayene heyetince tespit edilen hasarlı, arızalı kullanıma uygun olmayan malzemeler yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

5.4. Sistemlerin tümü ile kurulup çalışır hale getirildikten sonra kabul ve muayene yapılacak, kısmi kabul yapılmayacaktır.

## 6. CEZAI İŞLEMLER

6.1. Yüklenici firma ürünü zamanında teslim etmediği durumda, eksik ürün teslim ettiği durumda ve/veya bozuk ürün teslim ettiği durumlarda (vb... durumlar da buna dahildir) sözleşme tutarının %1'i oranında ceza uygulanarak o ay ki hak edişinden kesilecektir.

6.2. Yüklenici firma, bakım-onarım sorumluluğunda olan cihazlarda meydana gelen arızalara belirtilen sürelerde müdahale etmediği veya cihaz onarımını gerçekleştiremediği takdirde sözleşme tutarının %1'i oranında ceza uygulanarak o ay ki hak edişinden kesilecektir.

6.3. İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi ve bu aykırılığın 10 (on) defadan fazla olması durumunda idare tarafından cezai müeyyide uygulanmakla birlikte protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

**EK-1:** İhale kapsamındaki tetkiklerin listesi

**EK-2:** İhale kapsamındaki hizmetin sağlanmasında kullanılacak olan radyonüklidler, soğuk kitler ve sarf malzemeleri listesi

**EK-3:** Cihazlara ait teknik özellikler

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dışat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No:218670

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No:130153  
Uzr. Dip. Tes. No:89196

I.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAY  
Kimyager

İSTANBUL ANIYASITESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Siyasiyeli Bölümü  
Doç. Dr. İzzet KILIÇBAĞ YILGIN  
Sicil No: 4943 - 108

## EK-1 İTF 1 yıllık tahmini tetkik sayıları

SUT kodu	Tetkik adı	Hasta sayısı	Birim Puan	Toplam puan
800.620	Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar	500	1.150,89	575.445,00
800.640	Akciğer perfüzyon sintigrafisi, spect	500	1.490,76	745.380,00
800.641	Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif	20	1.117,87	22.357,40
800.680	Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)	5	5.117,15	25.585,75
800.681	Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)	5	6.902,48	34.512,40
800.682	Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD)	5	10.224,45	51.122,25
800.710	Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi	5	1.261,22	6.306,10
800.730	Sisternografi (Tc-99m DTPA)	5	1.126,64	5.633,20
800.740	Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması	5	1.093,64	5.468,20
800.760	Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat	5	1.424,76	7.123,80
800.770	Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT	5	1.490,76	7.453,80
800.800	Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m komp)	1000	1.055,38	1.055.380,00
800.830	Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)	1000	2.901,09	2.901.090,00
800.843	Kardiyak Amiloidoz Sintigrafisi	100	1.158,85	115.885,00
800.851	Radyonüklid Venografi	5	1.596,32	7.981,60
800.860	Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres	5	2.163,63	10.818,15
800.861	Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA, SPECT), Stres	5	1.490,76	7.453,80
800.862	Farmakolojik Stres	1000	316,58	316.580,00
800.863	Miyokard Attenüasyon düzeltme	1000	158,25	158.250,00
800.880	Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı	125	716,56	89.570,00
800.890	Kemik Sintigrafisi, Tüm Vücut	400	1.158,85	463.540,00
800.900	Kemik Sintigrafisi, SPECT	525	1.331,09	698.822,25
800.901	Kemik PET (F-18 NaF)	100	13.588,70	1.358.870,00
800.902	Anatomik Korelasyon	1500	778,31	1.167.465,00
800.920	Perklorat kovma testi	30	452,45	13.573,50
800.940	Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI)	250	1.670,21	417.552,50
800.942	Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)	250	1.319,25	329.812,50
800.950	Tiroid Sintigrafisi	600	319,24	191.544,00
800.960	Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m perteknetat)	200	274,39	54.878,00
800.971	Anatomik Korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için	850	112,05	95.242,50
800.990	Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid)	10	1.136,74	11.367,40
800.991	Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC)	10	1.443,91	14.439,10
800.995	Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması	10	5.746,81	57.468,10
801.010	Gastroösefajial Reflü Çalışması	10	1.094,96	10.949,60
801.020	Hepatobiliyer Sintigrafisi	10	2.559,37	25.593,70
801.030	Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar	10	949,87	9.498,70
801.031	Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT	10	1.490,76	14.907,60
801.040	Mekkel Divertikülü Araştırması	15	485,49	7.282,35
801.050	Mide Boşalma Çalışması	50	1.029,02	51.451,00
801.060	Ösefagus Transit Çalışması	10	415,53	4.155,30
801.070	Tükrük Bezi Sintigrafisi	10	588,36	5.883,60
801.090	Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)	15	2.064,68	30.970,20
801.091	Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3)	350	3.080,52	1.078.182,00
801.110	Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA)	750	1.490,76	1.118.070,00
801.120	GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)	15	1.102,84	16.542,60
801.121	GFR Ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m kompleksleri)	250	1.102,84	275.710,00
801.140	Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3)	40	6.939,02	277.560,80
801.150	Vezikoureteral Reflü Sintigrafisi, Direk	10	307,36	3.073,60
801.160	Vezikoureteral Reflü Sintigrafisi, İndirek	10	234,76	2.347,60
801.170	Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA)	750	715,66	536.745,00
801.180	Testis Sintigrafisi	10	419,49	4.194,90

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. İnci KAZILDAĞ YIRGIN  
Sicil No: 41043 - 108

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dışat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 213670

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAM  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 130753  
Uzm. Dip. Tes. No: 89196

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

801.260	Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması	50	1.398,41	69.920,50
801.271	Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile	10	2.203,20	22.032,00
801.290	Lenfosintigrafi	100	1.076,50	107.650,00
801.310	Selektif Dalak Sintigrafisi	30	784,91	23.547,30
801.364	Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler)	200	74835,62	14.967.124,00
801.365	Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli PSMA)	350	74.835,61	26.192.463,50
801.390	Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m Kompleks)	15	2284,96	34.274,40
801.391	Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile)	15	1490,76	22.361,40
801.410	Sentinel Lenf Nodu Çalışması	100	1480,2	148.020,00
801.550	Dakriosintigrafi	10	386,54	3.865,40
801.557	Organ Kan Akımı Çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)	10	841,69	8.416,90
	TOPLAM			56.096.765,25

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyalojî Bölümü  
Doç. Dr. Mehmet HIZALCI  
Sicil No: 41043 - 108

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dilşat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 81.8670

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Özde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 80703  
Uzun Dip. Tes. No: 89196

I.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

EK-1 Onkoloji Enstitüsü 1 yıllık tahmini tetkik sayıları

SUT kodu	Tetkik adı	Hasta sayısı	Birim Puan	Toplam puan
801.364	Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler)	100	74835,62	7.483.562,00
801.365	Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli PSMA)	200	74.835,61	14.967.122,00
	TOPLAM			22.450.684,00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Onkoloji Bölümü  
Doç. Dr. Mustafa YIRGIN  
Sicil No: 41043 - 108

I.Ö. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dilşat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No:218670

İstanbul Tıp Fakültesi  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Doç. Dr. Özde ÖZKAN  
Dip. Tes. No: 30733  
Uzm. Dr. Tes. No: 65156

I.Ö. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

**EK-2**

No	KIT ve Radyonüklid Adı	1 Yıllık Miktar
1	Kalp Sintigrafisi Kiti (MIBI)	150 Adet
2	Kemik Sintigrafisi Kiti (MDP veya HDP)	50 Adet
3	Böbrek Sintigrafisi Kiti (DMSA)	75 Adet
4	Böbrek Sintigrafisi Kiti (MAG3)	60 Adet
5	Eritrosit işaretleme kiti (PYP)	50 Adet
6	Beyin Sintigrafisi kiti (ECD)	5 Adet
7	Akciğer sintigrafisi kiti (MAA)	150 Adet
8	DTPA kiti	5 Adet
9	İşaretli lökosit ve beyin perfüzyon sintigrafisi kiti (HMPAO)	10 Adet
10	Nanokolloid	75 Adet
11	Tc-99m jeneratörü	50 Adet
12	Ga-68 jeneratörü	1 Adet
13	Ga-68 işaretli bileşikler için kaset sayısı	600 Adet

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dilşat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 218011

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 14753  
UZL. Dip. Tes. No: 69156

I.O. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. İnci KIZILIRMAK YIRGIN  
Sicil No: 44066 - 105

EK-3

### Cihazlara Ait Teknik Özellikler

#### 1- Doz Kalibratörü

- 1.1. Tüm fonksiyonları mikroprosesör ile kontrol edilebilir olacaktır.
- 1.2. 0,001-6500 mCi arasında Tc-99m aktivitesini otomatik kademelendirme ile ölçebilecek, çok düşük miktarlardaki radyoizotopların ölçümünü hızlı ve doğru olarak yapabilecektir.
- 1.3. Sık kullanılan radyoizotoplar için (Tc-99m, I-131, I-123, F-18, Ga-68, Y-90, Lu-177) programlanmış olacak, diğer radyoizotoplar için kalibrasyon ve yarıömür bilgilerini içerecektir.
- 1.4. Sıfır ayarı, background çıkarımı, sistem test, accuracy ve constancy gibi günlük kalite kontrol işlemlerini otomatik olarak yapabilmelidir.
- 1.5. Cihazın kuyu bölümüne uygun vial ve enjektör taşımaya uygun asansör verilecektir.
- 1.6. Cihazın kalibrasyon sertifikaları cihaz ile beraber teslim edilecektir.
- 1.7. Teslim edilecek doz kalibratörünün marka ve modeli belirtilecek, ürün kataloğu ihale dosyasında sunulacaktır.
- 1.8. Doz kalibratörü kalite kontrollerinde kullanılmak üzere nokta kaynak tipinde 5mCi aktiviteye sahip Co-57 kaynağı, standart referans kaynak olarak 1 (bir) adet teslim edilecektir.

#### 2- Mo-99/Tc-99m Jeneratörü

- 2.1. Radyoaktif maddeler radyasyon güvenlik kurallarına uygun, çalışanların sağlığını koruyacak biçimde zırlı olarak teslim edilmelidir.
- 2.2. Jeneratör, teslim tarihinde (her hafta pazartesi) sağında en az 1500 mCi Tc-99m aktivitesi sağlamalıdır.
- 2.3. Jeneratör ile çalışan personelin güvenliği açısından jeneratör dış zırlaması en az 50 mm Pb(kurşun) olmalıdır.
- 2.4. Kullanılmış jeneratörlerin TAEK'e devri için gereken masraflar ilgili firma tarafından karşılanacak ve kullanılmış olan jeneratörler teslim tarihinden en fazla 1(bir) ay sonra getiren firma tarafından geri alınacaktır.
- 2.5. Mo-99/Tc-99m jeneratörünün sağım hacmi 5-10 ml arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 2.6. Jeneratörle birlikte 10 adet 5 ml'lik, 10 adet 10 ml'lik % 0.9 NaCl sağım çözeltisi ve 20 adet 20 ml hacimli vakumlu sağım viali teslim edilecektir.

#### 3- Ge-68/Ga-68 Jeneratörü

- 3.1. Sistemle birlikte temin edilecek  $^{68}\text{Ge}$  –  $^{68}\text{Ga}$  jeneratörü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
  - 3.1.1.  $^{68}\text{Ge}$  –  $^{68}\text{Ga}$  jeneratörü, üzerine Ge-68 emdirilmiş dolgu malzemesi içeren kolonlardan oluşan kapalı bir sistem olmalıdır.
  - 3.1.2. Jeneratörün profili birim hacme maksimum aktivite konsantrasyonu için optimize edilmiş olmalıdır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. İsmail KIZILDAĞ YIRGIN  
Sicil No: 41043 - 108

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dilşat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 218670

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 218683  
Lisans No: 41043

I.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

- 3.1.3. 5 ml'lik sağımin verimi %75'ten düşük olmamalıdır.
- 3.1.4. Üretimi GMP şartları altında yapılmış olmalıdır.
- 3.1.5. Jeneratör ömrü en az 6 ay ve/veya 200 sağım olmalıdır. 1 yıllık sürede firma sağım verimi veya kullanım süresi dolan jeneratörü değıştirmelidir.
- 3.1.6. <sup>68</sup>Ge – <sup>68</sup>Ga jeneratörünün sağımı, maksimum 1 M HCl çözeltisi ile yapılabilmelidir.
- 3.1.7. Sağım çözeltisindeki Ge-68 safsızlık oranı %0,002'den küçük olmalıdır.

#### 4. Radyasyon Doz Hızı ve Doz Ölçüm Cihazı

- 4.1. Aynı anda radyasyon doz hızını ve radyasyon dozunu ölçen menü özellikli portatif bir cihaz olmalıdır.
- 4.2. Cihaz, alfa, beta ve gamma radyasyonu ölçümlerine uygun dedektöre sahip olmalıdır.
- 4.3. Cihazda GPS desteğı olmalıdır. İstenildiğinde ölçülen deęerler koordinat bilgisi ile kaydedilebilmelidir.
- 4.4. Cihazda, menüden seçilebilen dört farklı ölçüm birimi (röntgen, sivert, sayımsaniye, sayımdakika) ve iki farklı dil desteğı (İngilizce, Türkçe) olmalıdır.
- 4.5. Cihaz sayıcı/zamanlayıcı özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.6. Cihazın ölçme birimi: R-R/h, Sv-Sv/h, CPS ve CPM olmalıdır.
- 4.7. Cihazın ölçme doğruluęu  $\pm$  %15'den daha iyi olmalıdır.
- 4.8. Cihazın ölçme aralıęı: Doz Hızı: 10  $\mu$ R/h – 300 mR/h, Doz: 0 – 9999 R olmalıdır.
- 4.9. Cihazda radyasyon doz hızı uyarı aralıęı 50  $\mu$ R/h – 450  $\mu$ R/h aralıęında kurulabilmelidir. Cihaz uyarı esnasında sesli ve görüntülü uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirmelidir.
- 4.10. Cihaz USB portu üzerinden bilgisayara bağlanabilmelidir.
- 4.11. Cihaz grafik LCD modül gösterge paneline sahip olmalıdır.
- 4.12. Cihazın çalışma sıcaklıęı -10 °C / +50 °C aralıęında olmalıdır.
- 4.13. USB port üzerinden şarj edilebilir Li-ion bataryaya sahip olmalıdır.

#### 5. Kişisel Elektronik Dozimetre

- 5.1. Düşük ve orta enerjili gamma ve X-ışınlarına duyarlı Geiger Müller (GM) detektörü ile aynı anda radyasyon dozu ve radyasyon doz hızını ölçebilmelidir.
- 5.2. Cihaz günlük doz, aylık doz, alarm dozu ve hata durumlarını tarih saat bilgisi ve dięer gerekli bilgilerle birlikte kayıt olarak belleğinde saklamalıdır.
- 5.3. Cihaz bilgisayar bağlantısı ile programlanabilmelidir. Belleğindeki kayıtlar ve kullanıcı bilgileri bilgisayara aktarılabilirdir.
- 5.4. Cihaz, ayarlanan radyasyon dozu ve radyasyon doz hızı seviyelerinde sesli uyarı vermelidir.
- 5.5. Cihaz, 1 adet enerji kompanzasyonsuz Geiger Müller tübü dedektöre sahip olmalıdır.
- 5.6. Cihazın ölçme aralıęı 0,10 mSv/h – 100 mSv/h aralıęında olmalıdır.
- 5.7. Cihazın Enerji Aralıęı 35 keV- 1.25 MeV arasında olmalıdır.
- 5.8. Ayarlanan radyasyon doz hızı ve radyasyon dozu için farklı alarm sesine sahip olmalıdır.
- 5.9. 2 x AA tipi Alkaline pil ile kullanıma uygun olmalıdır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. İnci MIZIL SAĞ YIRGIN  
Sicil No: 41043 - 103

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dilsat FIRAT ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 218670

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 180753  
T.C. Sağlık Bakanlığı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager

- 5.10. IEC-61526 standardı elektronik manyetik uyumluluğa sahip olmalıdır.  
5.11. USB portundan bilgisayar bağlantısı yapılabilir.

## 6. Radyasyon Alan Monitörü

- 6.1. Dedektöre isabet eden her bir radyoaktif parçacık veya ışınım bip sesi ile izlenebilir.  
6.2. Cihaz duvara monte edilebilir.  
6.3. Cihaz, şebeke gerilimi kesilmelerinde, şarj edilebilir bataryası ile çalışmaya (normal şartlarda 12 saate kadar) devam etmelidir. Cihazın bataryası otomatik olarak şarj edilmelidir.  
6.4. Gamma, X-ışınları ve beta radyasyonu ölçebilir.  
6.5. Harici probu içinde 1 adet halojen sönümlü, beta mika pencereci Geiger Müller dedektöre sahip olmalıdır.  
6.6. Cihazın Ölçme Aralığı 10 mR/h - 1.99 R/h arasında olmalıdır.  
6.7. Kademeli olarak 100 mR/h ile 1000 mR/h arasında seçilen doz şiddeti veya 100 mR ile 1000 mR arasında seçilen doz için alarm seviyesi ayarlanabilir. Alarm durumunda sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.  
6.8. Uluslararası geçerli SSDL radyasyon kalibrasyon sertifikası olmalıdır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
CİNİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
Radyoloji Bölümü  
Doç. Dr. İnci KIZILDAĞ  
Sicil No: 1192 / 108

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Dülşat Fırat ARSLAN  
Nükleer Tıp A.B.D.  
Dip. Tes. No: 248670

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Zeynep Gözde ÖZKAN  
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 131753  
Uzm. Dip. Tes. No: 88128

I.Ü. İstanbul Tıp Fak.  
Nükleer Tıp ABD  
Dr. Fikret BÜYÜKKAYA  
Kimyager