



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PULSE OKSİMETRE PROBU YENİDOĞAN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen problar Hastanemiz demirbaşında bulunan ve ilgili birimlerde (yenidoğan yoğun bakım ünitesi) kullanılan cihazlarla (NİHON KOHDEN) uyumlu olmalıdır.2. Problar cihazda ara kablosuz çalışmalıdır.3. Prop, oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve kurumun isteği doğrultusunda bir kısmı neonatal bir kısmı da pediatrik tipte olmalıdır.4. Prop, vücut ısısı düşük, hareketli ve düşük perfüzyonlu hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir5. Problar hasta cildine zarar vermeyecek özellikte olup cırtlı ya da yapışkanlı olmalıdır.6. Probla bağlantı noktası arasındaki mesafe en az 40-80 cm aralığında olmalıdır ve oluşabilecek artifaklara karşı dirençli olmalıdır.7. Prob, orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.8. Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, belirtilmelidir.9. Prop, kablosunun elektrik tesisatında gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.10. Prop, aynı hastada uzun dönem kullanılabilir ve prop hasta cildini yakmamalıdır.11. Numune değerlendirilmesi sonucu karar verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

İMZA-KAŞE
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Neonatoloji
Dip. No: 123456 / 12/2014
İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz

İMZA-KAŞE
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Neonatoloji
Dip. No: 123456 / 12/2014
İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Diclehan Çiftçi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 189374



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



TESLİMAT ŞEKLİ

1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...5.. adet numuneyi ihalenin sonucundan sonra ihale uzman üyelerine teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir.
3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4.Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Bevil KAŞA
Dip. Tes. No: 122054/1220800
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Nöroloji

İMZA-KAŞE

Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Nöroloji
Dip. Tes. No: 123359/122164
Dr. Özgür KAYA
İstanbul Tıp Fakültesi

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Diclehan ÇİFTÇİ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 185374