
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ABD.
ULTRASON CİHAZI
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME NO
İTF / YP / GÖR /09

-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Bu teknik şartnamede, Biyomedikal Bölümü'nün yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
 3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının Biyomedikal Bölümü Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.
-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ABD. ULTRASON CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart. No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/GÖR/109 27 / 03/ 2027 00 1 / 2
---	--	---	--

Sıra No	Yedek Parça Adı	ADET	Cihaz/Ürün/ Sistem Adı	Biyomedikal Kimlik No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model
1	USG PROB TEMİNİ	1	ULTRASON CİHAZI	253.3.6/13/722465 253.3.6/13/722466 253.3.6/13/722463 253.3.6/13/722464	Poliklinik	CHATTANOOGA 2776 / 11462-11459-11460- 11461

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 6 ay süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.

1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.

1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.

1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Doç. Dr. Ekin Üke Sen Dip. Tıp. No: 133121	Istanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nalan ÇAPAN Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Diploma Teccil No: 104429/69889	Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZALP Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Anabilim Dalı Başkanı Diploma Teccil No: 60518

FR 07.04.04/00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ABD. ULTRASON CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart. No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/YP/GÖR /09 27 / 03/ 2027 00 2 / 2
---	--	---	--

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
Mehmet KOÇ Biyomedikal Teknikeri İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Birimi	Abdulkadir ER Biyomedikal Sorumlusu

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Doç. Dr. Hilmi ŞEN Dip. Tes. No: 133121	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nalan ÇAPAN Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Diploma Tes. No: 104429/89889	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demet ÇELİK Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Anabilim Dalı Başkanı Diploma Tes. No: 97571

FR 07.04.04/00