



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TEK KULLANIMLIK GAZ KOMPRES 18X8
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Batın kompres, imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm³ de 20 tel olup %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.2. Kullanılan gazlı bezin emiciliği maksimum 4sn olmalıdır.3. Ürünün açık ölçüsü 60 cm x32cm (+/-3) olmalıdır.4. Gaz kompresin katlanmış hali 18x8cm ebatlarında olmalıdır.5. X-RAY'li olmalıdır. X-RAY ipliği 60 cm(+/-2) uzunluğunda olmalıdır ve ürün katlandığında 3 katında da X-RAY ipliği boydan olmalıdır. (X ray ipliği 32 cm(+2 cm) eninde olmalıdır ve ürün katlandığında 4 katında da X-ray ipliği olmalıdır ya da (veya) X-ray ipliği 60 cm(+2 cm) uzunluğunda ve ürün katlandığında 3 katında da X-ray ipliği gaz bezi ipliklerinin arasında geçirilmiş şekilde olmalıdır. X-ray ipliği kesinlikle yapıştırma olmamalıdır.)6. Ürün cerrahi katlama yöntemiyle katlanmış olmalı ve kenarlarından iplik bırakmamalı ve biyeli olmadır.7. Ürünün üzerinde ve içerisinde hiçbir şekilde iplik parçaları, saç teli, yabancı madde vb. bulunmamalıdır.8. Ürünün üzerinde partikül olmaması için üfleyici ve emici hava haznesinden geçirildikten sonra paketlenmelidir.9. Gaz kompres sterilizasyon sonrası sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Ürün üretilirken polyester, naylon vb. hammaddeler kullanılmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Ameliyatta kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama

İMZA-KAŞE

Hasret Geyrnekaya
[Signature]

İMZA-KAŞE

Berrin Tunalı
[Signature]

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK
[Signature]



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



	tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. 5. Ürün 200'er adetlik naylon, şeffaf poşetlerde nonsteril şekilde paketlenmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Teklif edilen malzeme, TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

Hasret Çetinkaya

İMZA-KAŞE

Berrin Tunalı

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Hem. Sibel TOPRAK