



**T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   | <input type="checkbox"/> |
| CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | <input type="checkbox"/> |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  | <input type="checkbox"/> |
| KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ    | <input type="checkbox"/> |
| ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ       | <input type="checkbox"/> |

|   |  |
|---|--|
| <b>MALZEMENİN ADI</b>                       | <b>SUT KODU :OR3150 LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75-80 MM NORMAL DOKU</b>  |
| <b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tek kullanımlık olmalıdır.</li> <li>2. Çift sıralı iki hat boyunca en az 77 mm kapama ve en az 73 mm kesme yapmalıdır.</li> <li>3. Kartuş kendisine uygun 75 veya 80 mm'lik stapler ile kullanılabilir.</li> <li>4. Kartuş içinde titanium ya da titanium alaşım zımba bulunmalıdır.</li> <li>5. Zımbaların bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 3.5mm, ateşlemeden sonra 1.5mm olmalıdır.</li> <li>6. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun mekanizmaya sahip olmalıdır.</li> </ol>   |
| <b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>                    | 1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.   |
| <b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>               | 1. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.   |
| <b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li> <li>2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.</li> <li>3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.</li> </ol>   |
| <b>TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.</li> <li>2. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.</li> <li>3. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.</li> <li>4. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <a href="https://utsuygulama.saglik.gov.tr/">https://utsuygulama.saglik.gov.tr/</a> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır. UBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.</li> <li>5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.</li> <li>6. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.</li> <li>7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.</li> </ol> |

**İMZA-KAŞE**  
Doç. Dr. Berkant POLAT  
İstanbul Tıp Fak. K.B.B. A.D.  
Tic. Sic. No: 123750

Doç. Dr. Tzey TEFİK  
Dip. Tes. No: 123750  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
**İMZA-KAŞE**  
Çapa - İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. İMZA-KAŞE  
Dip. Tes. No: 123750  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU:OR3050

LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER 75-80 MM NORMAL DOKU

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

1. Lineer Kapatıcı-Kesici Stapler çift sıralı iki hat boyunca en az 75mm kapama ve en az 75mm kesme yapmalıdır.
2. Lineer Kapatıcı-Kesici Stapler aynı hasta üzerinde yedi kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte toplam sekiz kez ateşleme yapabilmelidir.
3. Lineer Kapatıcı-Kesici stapler çeneleri, düzgün zımba formasyonu için, birbirine tam paralel konumda kapanmalıdır.
4. Boş kartuşla doku travması olmaması için, kolları kilitleyen bir güvenlik mekanizması olmalıdır.
5. Lineer Kapatıcı-Kesici stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engelleyecek yuva yapısına sahip olmalıdır.
6. Lineer Kapatıcı-Kesici Stapler kendisine uygun 75 veya 80 mm'lik kartuş ile kullanılabilir.
7. Çift sıralı iki hat boyunca en az 75 mm kapama ve en az 75 mm kesme yapmalıdır.
8. Zımbaların bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 3.5mm, ateşlemeden sonra 1.5mm olmalıdır.
9. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun mekanizmaya sahip olmalıdır.
10. Stapler kartuşu ile uyumlu olmalıdır.

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADİ

1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE  
MİKTARI

1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.
3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.

TESLİMAT ŞEKLİ  
VE  
ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.
2. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.
3. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
4. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.UBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.
5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
6. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
7. Yüklenici firma: ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.

İMZA-KAŞE  
Doç. Dr. C. POLAT  
İstanbul Tıp Fak. K.B.B. A.D.  
Tescil No: 123750

İMZA-KAŞE  
Doç. Dr. T. TEPEK  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul

İMZA-KAŞE  
Doç. Dr. Cenk Y. SAĞ  
Dip Tes No: 120055  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı