



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU : (GS1810) TRİDENT FNB ENDOSONOĞRAFİK ASPİRASYON
BİYOPSİ İĞNESİ 22 G

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. **EUS Uyumlu:** Endoskopik ultrason (EUS) ile biyopsi yapmaya uygun olmalıdır.
2. **Alternatif Kullanım:** FNA'nın yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilir olmalıdır.
3. **Dayanıklı Malzeme:** İğne, esnek ve dayanıklı kobalt krom malzemeden yapılmalıdır.
4. **Üçlü Uç Yapısı:** Kaliteli doku örnekleme için çok bıçaklı üçlü uca sahip olmalıdır.
5. **Ergonomik Kullanım:** Tek elle kullanılabilen, iğne derinliği ve kılıf ayarı yapılabilen düğmeli handle olmalıdır.
6. **Gelişmiş İğne Teknolojisi:** Lazer kesimli, V çentikli ve delikli iğne tasarımı bulunmalıdır.
7. **Cihaz Uyumu:** Tüm EUS endoskopi cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
8. **Ayarlanabilir Uzunluk:** İğne uzunluğu ayarlanabilir olup, toplam uzunluk 1375-1415 mm arasında olmalıdır.
9. **Çeşitli Kalınlıklar:** 19G, 22G ve 25G kalınlık seçenekleri olmalıdır.
10. **İğne Uzunluğu:** 80 mm uzunluğunda ve ayarlanabilir iğneye sahip olmalıdır.
11. **Kateter Ölçüsü:** Kateter dış çapı 1.8 mm olup, 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
12. **Kılıf-İğne Uyum:** Kılıf ile iğne arasında boşluk olmamalıdır.
13. **Vakum Şırınga:** Set içinde 20 ml'lik, kilitlenebilir vakumlu şırınga bulunmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.Ş. D.
Doç. Dr. Etiler AKIŞ
Dip. Tes. No: 117374573-123283

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.Ş. D.
Uzm. Dr. Mustafa AKIŞ
Dip. Tes. No: 117374573-141744

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.Ş. D.
Uzm. Dr. Mustafa AKIŞ
Dip. Tes. No: 117374573-141744



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İtibarıyla, sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Gastroenteroloji ve Hepato-Biliyer Hastalıkları
Doç. Dr. İsmail GAVUS
Dip. Tes. No: 17453/141744

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Gizem DAĞCI
Dip. Tes. No: 17453/141744

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Gastroenteroloji ve Hepato-Biliyer Hastalıkları
Uzm. Dr. Mustafa AKIF YAĞLI
Dip. Tes. No: 17453/141744