
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
TRANSPORT VENTİLATÖR
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ŞARTNAME NO:
İTF / YP / AML / 514**

-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.
-

| | | | |
|--|---|--|--|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI TRANSPORT VENTİLATÖR YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ | Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa | İTF/YP/AML/514 12 / 05 /2026 00 1 / 2 |
|--|---|--|--|

| Sıra No | Yedek Parça Adı | Adet | Cihaz/Ürün/ Sistem Adı | Demirbaş | Konum | Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model |
|---------|---------------------------------|------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Main Device Cover With Panel | 1 | Transport Ventilatör | 253.3.5/21/95496 | Yoğun Bakım Ünitesi | Drager / VE300 |

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve orjinal parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.

1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.




1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.

1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orjinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır.

İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

| ONAY (Kaşe/İmza) | ONAY (Kaşe/İmza) | ONAY (Kaşe/İmza) |
|---|---|--|
|  |  Hülya İNCEKARA Nöroloji Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu |  Prof. Dr. Murat KÜRTÜNÇÜ İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı |

FR 07.04.04/00

| | | | |
|--|---|--|--|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI TRANSPORT VENTİLATÖR YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ | Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa | İTF/YP/AML/514 12 / 05 /2026 00 2 / 2 |
|--|---|--|--|

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1 Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.
- 2.2 Yukarıda belirtilen parça ile birlikte etiketleri de verilecektir.
- 2.3 Kargo ile yedek parça kabulü yapılmayacaktır.

| KONTROL (Adı/Soyadı/İmza) | ONAY (BK) (Kaşe/İmza) |
|--|--|
| Yavuz ÜZCAN Biyomedikal Uzmanı, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü | Abdulkadir ER Biyomedikal Sorumlusu |

| ONAY (Kaşe/İmza) | ONAY (Kaşe/İmza) | ONAY (Kaşe/İmza) |
|---------------------|--|---|
| Ömür Sestürk | Hülya İNCEKARA Nöroloji Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu | Prof. Dr. Murat KÜRTÜNCÜ İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı |

FR 07.04.04/00