
	<p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	
MALZEMENİN ADI	ELDİVEN NONSTERİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eldivenler sağ ve sol elde kullanma farkı olmadan her iki el için giyilebilir nitelikte olmalıdır. 2. Eldivenin bilek kısmı çok bol olmamalı, bileği saracak özellikte olmalıdır. 3. Delik, yırtık gibi kullanımı engelleyici kusurları olmamalı, eldivenler lekesiz, hijyenik olmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı, hiçbir sıvıyı geçirmemelidir. 4. Küçük (Small), orta (Medium) ve büyük (large) boyda ve ölçüleri bulunmalıdır. İdarenin istediği ölçülerde ve miktarlarda teslim edilmelidir. 	
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doğal kauçuktan imal edilmiş olmalı, pudrasız olup, boya içermemeli ve yumuşak olmalıdır. 	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. 	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasta muayene ve tedavi hizmetlerinde kullanılacaktır. 	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır. 	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde: a- Üretim tarihi, b-son kullanma tarihi, c-ebatı, d-lot numarası, e-sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, f-markası, g-Türkçe etiket bulunmalıdır. 3. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. 4. Eldivenler tek tek çıkartılıp kullanılabilir 100 adetlik ambalajlar halinde paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. 	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ		
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. 	
ZORUNLU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal 	
<p>İMZA-KAŞE</p> <p>Meryem SALHAOĞLU İç Hastalıkları AD Hemşirelik Hizmetleri Sor. Yard.</p>	<p>İMZA-KAŞE</p> <p>Hülya İNCEKARA Nöroloji Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu</p>	<p>İMZA-KAŞE</p> <p>Uzm. Hem. Meryem KUBAŞ Diy. Tesch No: 582 İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu</p>

1-2-3/1



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ÖZELLİKLER

Bilgi Bankasından alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde kalem bazında en az 1 (Bir) er kutu (100 adetli) numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak 2 nüshalı tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. Uygunluk verilen malzeme dışında bir malzeme teslimi veya teklifi kabul edilmeyecektir.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (On) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sor. Yard

İMZA-KAŞE

Hülya İNCEKARA
Nöroloji Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Özlem Hem.Meryem KUBAŞ
Tescim No: 582
İstanbul Tıp Fakültesi
Siyahı Çarrahisi Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

(4)



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN
ADI

ELDİVEN, NİTRİL, PUDRASIZ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

Muayene Eldiveni, Nitril Non Steril, Kısa Manşet;

- 1.Ürün genel ve yüksek riskli tedavi alanları, sterilizasyon, kemoterapi, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarı, acil servis, enfeksiyon vb. gibi alanlarda kullanım amacına göre özel üretilmiş olmalıdır.
- 2.Ürün pudrasız ve dayanıklılığının yüksek olması sebebiyle nitril ham maddeden üretilmiş olmalıdır.
- 3.Ürün L boyu ve kısa manşet özellikli olacaktır.
- 4.Ürünün AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi en fazla 1,5 olmalıdır.
- 5.Ürün akseleratör içermemelidir.
- 6.Ürün birbirine yapışık olmamalı ve kolay giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
- 7.Ürün dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
- 8.Ürünün tam koruma oluşturması için bilek kısmını iyi kavramalıdır.
- 9.Ürünün parmak uçları tutuş kabiliyeti sağlaması amacıyla pütürlü yapıya sahip olmalıdır.
- 10.Ürünün manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı 0,09mm($\pm 0,02$), avuç içi kalınlığı 0,07mm($\pm 0,03$) olmalı, manşon kalınlığı ise 0,05mm ($\pm 0,01$) olmalıdır.
- 11.Ürünün uzunluğu parmak ucundan itibaren en az 240 mm olmalıdır.
- 12.Ürün EU MDR ve/veya MDD ve/veya TSE standartlarına veya bunlara eşdeğer standartlara uygun olmalıdır.
- 13.Ürün EN 455-1-2-3 standartlarını karşıladığına dair belgeler sunulmalıdır.
- 14.Ürünün sağlamlığı açısından kopma kuvveti yaşlandırmadan ≥ 6 Newton olmalı, yaşlandırma sonrası kullanım özelliklerini koruduğuna dair öncesi akredite laboratuvar test raporu sunulmalıdır.

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sor. Yard

İMZA-KAŞE

Hülya İNCEKARA
Nöroloji Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Meryem KUBAŞ
Dip. Tes. No: 582
İstanbul Tıp Fakültesi
İn ve Cerrahi Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Eldivenler lateks ve pudra içermemeli, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlara üzerinde; a- üretim tarihi, b-Ebadı, c-Lot numarası, d-Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, e-Markası, f-Uzunluk ve genişlik bilgileri olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15-takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. 2.Ürün paketlerinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Ürün paketi üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgileri olmalıdır. 3.İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde kapalı olarak 1 kutu (100 adetli) numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak 2 nüshalı tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. 4.Uygunluk verilen malzeme dışında bir malzeme teslimi veya teklifi kabul edilmeyecektir. 5.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (On) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sor. Yard

İMZA-KAŞE

Hülya İNCEKARA
Nöroloji Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Uzm.Hem.Meryem KUBAŞ
Din.Tescil No: 582
İstanbul Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

5



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**MALZEMENİN
ADI**

ELDİVEN, VİNİL, PUDRASIZ

**FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ**

- 1.laboratuvar işlemlerinde ve temizlik ve hijyen gerektiren ve koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
 - 2.Eldivenler vinilden imal edilmiş olmalı lateks ve pudra içermemeli, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır.
 - 3-Eldivenin L boyu olmalıdır.
 - 4.Eldiven boyu en az 240 mm (± 20 mm) olacaktır.
 - 5.Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır.
 6. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
 - 7.Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
 - 8.Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir
 - 9.Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
 - 10.Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standardı gereğince AQL seviyesi en çok 1,5 olmalıdır.
 - 11.Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standardı gereğince kopma dayanımı $\geq 3,6$ Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
- Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır.

**KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ**

- 1.Eldivenler lateks ve pudra içermemeli, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır.

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

- 1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sor. Yard

İMZA-KAŞE

Hülya İNCEKARA
Nöroloji Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Uzm.Hem.Meryem KURBAŞ
Dip.Tescil No: 592
İstanbul Tıp Fakültesi
Araştırma ve Sınırlı Araştırma Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlara üzerinde; a- üretim tarihi, b-Ebadı, c-Lot numarası, d-Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, e-Markası, f-Uzunluk ve genişlik bilgileri olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır. 2. TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır 3. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. 4. Eldiven paketlerinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır 5. İstekliler, ihale sonunda ihale uzman üyelerince değerlendirilmesi için orijinal ambalajı içinde kapalı olarak 1 kutu (100 adetli) numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtildikten sonra üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak 2 nüshalı tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. 6. Uygunluk verilen malzeme dışında bir malzeme teslimi veya teklifi kabul edilmeyecektir. 7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (On) takvim günü içinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sor. Yard.

İMZA-KAŞE

Hülya İNCEKARA
Nöroloji Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Meryem KUBAŞ
Dip. Tesc. No: 582
İstanbul Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu