




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TONOPEN KILIFI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Kılıflar REICHERT marka tonopen cihazı ile uyumlu olmalıdır. 2. Kılıflar her bir adet tek başına paketlenmiş olmalıdır. 3 Kılıfların cihazla uyumlu olması, doğru ölçümlerin yapılmasını sağlar
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. TONOPEN Cihazında
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve seri numarası bulunmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15(on beş) takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına getirilecek veya gösterilen yere ve rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM
Dip. No: 17696/21154
I.T.F. Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı

İMZA-KAŞE

Doç.Dr. Zafer ÇEBECİ
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tec. No: 10562/74573

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adem Tellioğlu
Dip. Tec. No: 195445
Göz Hastalıkları Uzmanı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

- 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM
Dip. No: 17586/21154
I.T.F. Göz Hastalıkları
Anabilimdalı Başkanı

İMZA-KAŞE
Doç.Dr. Zeynep CEBECİ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No: 10552/74573

İMZA-KAŞE
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adem Telliöglü
Dip. Tes. No: 195445
Göz Hastalıkları Uzmanı