



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU: (KN1028) TESTERE YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilecek uçlar hastanemiz demirbaşına kayıtlı,kullanımda olan Aesculap Elan 4 marka motor sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Uçların drill sistemine, ataçmanlara tam uyum göstermesi gerekmektedir.
3. Teklif edilen uçlar gama steril yönetemi ile steril edilmiş olmalıdır. Steril paketin içinde ucu tutan özel bir kutusu olmalıdır. Uç paket içinde hareket etmeden durabilmeli ve dış pakete zarar vermemelidir.
4. Uçlar üzerinde ürün çapı ve hangi ataçman ile kullanılabileceğini gösteren işaret sistemi olmalıdır.
5. Teklif edilecek uçlar ürün özelliklerini belirten bir kutu içerisinde olmalıdır. Kutu içerisinde sert steril pakette yer almalıdır.
6. Uçlar ELAN 4 ürün kataloğu üzerinde aşağıda belirtilen ürünlerin kendisi veya bunların eşdeğeri olmalıdır:

GP542SU TEK KULL. RESİPROKAN TESTERE  
BIÇAĞI MİKRO 13/0.3MM 5

GP543SU TEK KULL. RESİPROKAN TESTERE  
BIÇAĞI MİKRO 20/0.3MM 5

GP544SU TEK KULL. RESİPROKAN TESTERE  
BIÇAĞI MİKRO 13/0.3MM 5

GP241SU ELAN 4 1-HALKALI TEK KULL.  
LINDEMANN DELGİ ÇAP 1.8 1

GP242SU ELAN 4 1-HALKALI TEK KULL.  
LINDEMANN DELGİ ÇAP 2.1 1

GP243SU ELAN 4 1-HALKALI TEK KULL.  
LINDEMANN DELGİ ÇAP 2.3 1

KİMYASAL  
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

KULLANIM YERİ VE  
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADI

1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Uzm. Dr. Ahmet Faruk YÜCEL  
Dip. Tes. No: 143402  
Plastik, Rekonstrüktif ve  
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İMZA-KAŞE

*Dr. Ali Kemal*

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Uzm. Dr. Ergül KOZANOĞLU  
Dip. Tes. No: 122149  
Plastik, Rekonstrüktif ve  
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

AMBALAJ ŞEKLİ VE  
MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

- 1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

- 1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
- 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
- 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
- 5.İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Uzm. Dr. Ahmet Faruk YÜCEL  
Dip. Tes. No: 143402  
Plastik, Rekonstrüktif ve  
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İMZA-KAŞE

*Dr. Erbil Kozanoğlu*

*Dr. Erbil Kozanoğlu*  
151202

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Uzm. Dr. Erbil KOZANOĞLU  
Dip. Tes. No: 122140  
Plastik, Rekonstrüktif ve  
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı