T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

MALZEMENİN ADI	ULTRASON KAĞIDI K65
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Anabilim Dalımız envanterine kayıtlı Ultrason cihazlarında (Toshiba Aplio 500, GE Logic E9, Toshiba Aplio 300, Samsung HS 40, Canon Aplio İ800, Samsung RS85 ve Toshiba Xraio) kullanılmaya uygun olmalıdır. 2. En az 256 gri-skala ayrımı yapabilir olmalıdır. 3. Özel sentetik elyaf üzerine entegre ısıya hassas özelliklere sahip bir yapıda olmalıdır. 4. Bir rulo printer kağıdına en az 180 ayrı görüntü kaydedilebilmelidir. 5. Rulolar çok hassas olan kayıt başlığına zarar vermemelidir. Kağıttan kaynaklandığını tespit edilen arızalardan yüklenici firma sorumludur.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Ultrason cihazlarında ve hasta hizmetinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 2.Printer kağıtları en az 20 metre boyunda ve 11 santimetre enindeki rulolar halinde teslim edilmelidir. 3.Rulo üzerinde ölçüsü yazılmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine .....gün içerisinde sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 rulo malzemeyi orijinal ambalajında olmak kaydıyla ihale kayıt numarası ve sıra nosu belirtilen tutanakla teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 4.Malzemeler yüklenici tarafından Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Sarf Malzeme deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. 5. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

Prof. Dr. Mehmet Ertürk
İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji A.B.D.
Dip.Tes.No.: 71921

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.
Radyoloji A.B.D.
Prof. Dr. Mehmet Dursun
Tes. No: 100979

İMZA-KASE
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522