T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	ALÇILI SARGI BEZİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Alçılı sargılarda alçı gazlı bez üzerine işlenmiş olmalı ve sargılar kuru olarak açıldığında gazlı beze işlenmiş olan alçılar toz olarak dökülmemelidir. 2.Alçının iç makarası, suyun iç kısımdan da alçıya nüfuz etmesini sağlamalı, alçı suya daldırıldıktan sonra en fazla 1 dakika içinde kullanıma hazır hale gelmelidir. Sudan çıkartılan alçı sargı sıkıldığında fazla miktarda alçı çamuru zayi olmayacaktır. 3.Islanmış sargılar sarılırken gazlı bezin kenar iplikleri takmayı ve sarılmayı güçleştirmemelidir. 4.Alçı esnek olmalı ve kolayca şekillendirilebilmelidir* 5.Alçının birim alandaki ağırlığı 340 gr. (g/m^2)olmalı. 6.Sargının gözenekleri homojen bir şekilde kaplanmış olmalıdır. 7.Alçı uygulandıktan en fazla 7-10 dakika sonra belirgin bir sertliğe ulaşmış ve şeklini değiştirmeyecek şekilde donmuş olmalıdır. Alçılar soğuk çeşme suyu ile ıslatıldığından donma süresi aynı olacaktır. 8.Malzeme kırıklardan sonra sabitlemede, dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamada, operasyonlarda ve ortopedik düzeltmelerde, eklem ve kemik düzensizliklerinde kullanıma uygun olmalıdır. 9.Sargılara katılan alçı yabancı cisimlerle karışık olmamalıdır. Bir adet alçılı sargı tek parça gazlı bez üzerine işlenmiş olmalı, parçalar halinde olmamalıdır. 10.Alçı, sargının eninden 0,5 cm, boyundan 2 cm.'den eksik olmamalıdır. 11.Alçı X-ray röntgen ışınlarını geçirmelidir. 12.Alçı sargı bezi en az 200 cm uzunluğunda olmalı, 10 cm,15 cm ve 20 cm olmak üzere dört farklı genişlikte çeşitleri bulunmalı ve bu genişlikteki alçı sargı bezi idarenin belirlediği miktarlarda ve sıklıkta teslim edilmeli, talep edildiğinde farklı ebatlar arasında değiştirme yapılmalıdır. Farklı ebatlar arasında değiştirme yapılabileceğine dair taahhütname, yüklenici firma tarafından Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Malzeme kalsiyum sülfat hemihidratlardan ve pamuklu gazlı bezden oluşmuş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Malzeme kırıklardan sonra sabitlemede, dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamada, operasyonlarda ve ortopedik düzeltmelerde, eklem ve kemik düzensizliklerinde kullanıma uygun olmalıdır.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Cengiz SEN
Dip. Tescil No:47958
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa-İstanbul

Doç. Dr. Murat KORKMAZ
Dip. Tescil No: 143581
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa / İSTANBUL

T.C. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Talha KIZILKURT
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 157344

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşullan olmalıdır. 2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde ebadı ve miktarı, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası imalatçı firmanın adı ve adresi bulunmalıdır. 3.Sargılar tek tek ya da ikişerli sıvı geçirmez (polipropilen) ile ambalajlı olacaktır. Rutubet veya ıslanma nedeni ile bozulmuş sargılar kabul edilmeyecektir. 4.Dış kutu mukavva dopal çift oluklu olmalıdır. 5.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarma uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. 2.Rutubet veya ıslanma nedeni ile bozulmuş sargılar kabul edilmeyecektir. 3.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her boydan en az 5 er adet orijinal numune ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 4.Alçılarla birlikte uzunluğu en az 1 m (±5cm), genişliği 2,2 cm (±lmm) olan sağlam ağaçtan yapılmış 100 adet çıta verilmelidir. 5.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 6.Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Cengiz ŞEN
Dip. Tescil No:47258
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa-İstanbul

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. Murat KORKMAZ
Dip. Tescil No: 143655
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa / İSTANBUL

İMZA-KAŞE
T.C. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Taha KIZILKURT
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 157344

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	ALÇI ALTI PAMUĞU SENTETİK
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Rahat ve elastik, yumuşak ve pürüzsüz olmalıdır. 2. Yüksek lifsel kapasite ve düşük emiş gücüne sahip olmalıdır. 3. Alçı altı pamuğu en az 200 cm uzunluğunda olmalı, 10 cm, 15 cm ve 20 cm olmak üzere dört farklı genişlikte çeşitleri bulunmalı ve bu genişlikteki alçı altı pamuğu idarenin belirlediği miktarlarda ve sıklıkta teslim edilmeli, talep edildiğinde farklı ebatlar arasında değiştirme yapılmalıdır, buna dair taahhütname yüklenici firma tarafından Muayene ve Kabul Komisyonuna verilmelidir. 4. X ışınlarını geçirmeli, röntgen çekilebilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. %100 Sentetik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Üzeri sıvı geçirmez ambalajlı olmalıdır. 2.Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3.Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her boydan **en az 4 er adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2.Rutubet veya ıslanma nedeni ile bozulmuş sargılar kabul edilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Cengiz SEN
Dip. Tescil No:
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa-İstanbul

İMZA-KAŞE

T.C. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Talha KIZILKURT
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 157344

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Murat KORKMAZ
Dip. Tescil No:143581
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa / İSTANBUL

	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	
	3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.	

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Cengiz ŞEN
Dip. Tescil No:47258
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa-İstanbul

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. Murat KORKMAZ
Dip. Tescil No:143581
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Çapa / İSTANBUL

İMZA-KAŞE
T.C. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Taha KIZILKURT
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 157344