T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	PERİFERİK BALON EN AZ 10 CM (GR1015)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1) BALON PERIFERIK VASKULER SISTEMDEKI STENOZLARI VE/VEYA OBSTRUKTIF LEZYONLARI, NATIVE VE/VEYA SENTETIK ARTERIOVENOZ DIYALIZ FISTULLERINI DILATE ETMEK ICIN OZEL OLARAK TASARLANMIS OLMALIDIR. 2) BALON KATETER LUMENI KOAKSIYAL DIZAYN EDILMIS OLMALIDIR. 3) BALON KATETERININ UC KISMI DAMARA ZARAR VERMEYECEK SEKILDE ATRAVMATIK OLMALIDIR. 4) BALON SEMI KOMPLIYANT QUADFLEX MATERYALDE OLMALIDIR. 5) BALON KATETERININ UC KISMI LEZYON GECIS OZELLIGINI ARTTIRMASI ICIN SILX KAPLI OLMALIDIR. 6) BALON KATETERININ PROKSIMAL UCUNDA CIFT CIKIS OLMALI VE CIKISLAR UZERINDE HANGI LUMENE AIT OLDUKLARI YAZILMIS OLMALIDIR. 7) BALONUN CAPI VE BOYU KATETERIN PROKSIMAL UCUNDA YAZILMIS OLMALIDIR. 8) BALONUN NORMAL VE MAKSIMUM SISME BASINC DEGERLERI HEM PAKET UZERINDE HEM DE STERIL OLARAK PAKET ICERISINDE YAZILMIS OLMALIDIR. 9) BALON KATETERI 5x280MM YE KADAR 4F ; 6MM ,7MM 5F ;8MM VE 9MM CAPLARI 6F INTRODUCER UYUMLU OLMALIDIR. 10) BALON KATETERI 75 ,90 ,130 ,150 VE 180 CM KATETER BOYLARIYLA TEMIN EDILEBILMELIDIR. 11) BALON KATETERI OVER THE WIRE (OTW) OLMALI VE 0.018" GUIDEWIRE ILE CALISMALIDIR. 12) BALON KATETERININ GECIS PROFILI 0.054" OLMALIDIR. 13) BALON KATETERININ UC KISMI EGIMLI DIZAYN EDILMIS OLMALI VE BOYLECE DAR LEZYONLARDAN KOLAYCA GECEBILMELIDIR. 14) BALON CAPLARI 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 ,6.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 MM OLMALIDIR. 15) BALON BOYLARI CAPLARINA GORE 20, 40, 80, 100, 120, 150, 220 VE 280 MM OLMALIDIR. 16) BALONLARIN HERIKI UCUNDA MARKERLAR OLMALI VE BU SEKILDE BALONUN BOYU ANLASILABILMELIDIR. 17) BALONLAR TEKLI STERIL AMBALAJLARINDA OLMALI VE UZERLERINDE SON KULLANIM TARIHLERI OLMALIDIR.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip. Tescil No: 142354

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 2 1 8 2 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ,SAKLAMA KOŞULLARI OLMALI VE FAKÜLTEMİZE AİT IU KODLARI BARKOT HALİNDE BASILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ,LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR. 3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR. 4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ)KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 15(ONBEŞ) GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK İDARENİN TALEP ETTİĞİ MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN EN GEÇ 15(ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR. 2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE **EN AZ ...2.. ADET** NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR. 4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE TAAHHÜT ETMELİDİR.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tesci No: 142354

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 21852 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	**12F-14 F Bılıary Drenaj Kateteri**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Bilier Drenaj kateteri, abse ve sıvıların drenajı amaçlı kullanılmaya uygun olmalıdır. 2. Bilier Drenaj kateterinin 12F-14Fçalışma uzunluğu 35 cm olmalıdır. 3. Bilier Drenaj Kateterlerinin üzerinde pigtail kısmında 5 adet, gövde üzerinde 7 adet olmak üzere toplam 12 adet delik bulunmalıdır. 4. Bilier Drenaj kateterinin proksimaldeki son deliğinden önce 1 adet Radiopaque marker bulunmalıdır; bu sayede kateter kolaylıkla yerleştirilir. 5. Bilier Drenaj kateteri, bükülme, kıvrılma, dönme veya sıkıştırılma sonrasında kırılmadan yeniden orjinal şeklini alarak, uzun süreli drenaj yapabilecek yetenekte olmalıdır. 6. Bilier Drenaj kateterinin materyali, perkütan ilerletme sırasında buruşmaya karşı çok dirençli olmalıdır. 7. Bilier Drenaj kateterinin uç kısmı gittikçe incelen tasarımda olmalı; bu sayede girişi kolaylaştırmalıdır. 8. Bilier Drenaj kateterinin yüzeyi Glidex hydrophilic kaplanmış olmalıdır. 9. Bilier Drenaj kateterinin, normal, yumuşak ve sert olmak üzere üç sertlik derecesi olmalıdır. Bilier Drenaj kateteri, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ,SAKLAMA KOŞULLARI OLMALI VE FAKÜLTEMİZE AİT IU KODLARI BARKOT HALİNDE BASILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ,LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR. 3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR. 4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ)KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 15(ONBEŞ) GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK İDARENİN TALEP ETTİĞİ MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN EN GEÇ 15(ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYA
Dip. No: 21852[illegible]7532
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR. 2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE **EN AZ ...2.. ADET** NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR. 4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE TAAHHÜT ETMELİDİR.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 21852 / 25520
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.