T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	TEK KULLANIMLIK TRANSPORT VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Solunum devreleri kurum demirbaşına kayıtlı olan TV50 Model transport ventilatör cihazı ile tam uyumlu çalışabilen özel mebranlı devre olmalıdır. 2.Solunum devresi tek kullanımlık olup yetişkin hastalar için tasarlanmış olmalıdır. 3.Solunum devresi, ventilatör ile organize çalışan şeffaf, tek hatlı ve ventilatörün inhalasyon ve basınç konektörlerine tam uyumlu olmalıdır. 4.Solunum devresi üzerinde, hastaya yakın noktada, cihaza ait özel flow sensöre tam uyumlu hassas membranlı ekspirasyon valfine sahip olmalıdır. 5.Solunum devresinin üzerinde bulunan egzalasyon valfinin gövdesine entegre devre boyunca cihaza kadar uzanan basınç hattına sahip olmalıdır. 6.Solunum devresi, yetişkin uyumlu hassas membranlı egzelasyon valfline sahip olmalı ve cihaz basınç uzatma hattı çıkışına entegre edilebilmelidir. 7.Solunum devresi seti çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için tek kullanımlık olmalıdır. 8.Solunum devresi tüm ventilatör modu testlerinden sorunsuz geçmelidir. 9. Her devre ile veya haricen her hasta devresi için 1 adet steril paketli bakteri ve virüs filtresi verilecektir. Filtre etkinliği en az %99,99 olmalıdır. 10.Her hasta devresi içerisinde, cihaza ait flow sensöre uyumlu 360 derece dönebilen swivel yapıda elbow adaptörü bulunan maunt katater verilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale

İMZA-KAŞE İMZA-KAŞE İMZA-KAŞE

Berrin TUNALI
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Anestezivoloji A.B.D.

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

Aysel BAĞCI

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

Berrin TUNALI
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Anestezyoloji A.B.D.

İMZA-KAŞE

Meryem SALHAOĞLU
İç Hastalıkları AD
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Aysel Şaşa