# T.C.
# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
# SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

| | |
|---|---|
| **MALZEMENİN ADI** | • **Avrupa Standart Serisi** |
| **FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ** | Deri yama testleri aşağıdaki serileri içermelidir.<br>Avrupa Standart Serisi<br>**İstanbul Tıp Fakültesi için;**<br>• Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji Bilim dalının Avrupa Standart Serisi 1 set'den oluşmaktadır. |
| **KİMYASAL ÖZELLİKLERİ** | **AVRUPA STANDART SERİSİ;**<br>1. Avrupa Standart Serisi 32 allerjenden oluşmalı ve allerjenler 5 ml'lik enjektör içinde saf vazeline emdirilmiş ve sıvı olarak bulunmalıdır.<br>2. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dır.<br>3. Her bir alerjen 80-100 test'lik olmalıdır.<br>4. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde, her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunmalıdır.<br>5. Ürünlerin Sağlık Bakanlığın' dan alınmış "Kontrol belgesini" ihale dosyasında sunmalıdır.<br>6. Alerjen Listesi tabloda belirtildiği gibi olacaktır. |

| ALERJEN LİSTESİ | |
|---|---|
| 1. | Potassium dichromate |
| 2. | p-PHENYLENEDIAMINE (PPD) |
| 3. | Thiuram mix |
| | Tetramethylthiuram monosulfide |
| | Teramethylthiuram disulfide (TMTD) |
| | Tetraethylthiuram disulfide (TETD) |
| | Dipentamethylenethiuram disulfide (PTD) |
| 4. | Neomycin sulfate |
| 5. | Cobalt(II)chloride hexahydrate |
| 6. | Caine Mix III |
| | Benzocaine |
| | Dibucaine Hydrochloride |
| | Tetracaine Hydrochloride |
| 7. | Nickel sulfate hexahydrate |
| 8. | 2-Hydroxyethyl Methacrylate |

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No:53527
Dermatoloji Uzmanı
İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Dr. Tuğba ATCI
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:148338
İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Nursu BÖLÜK
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:161347
İMZA - KAŞE

# T.C.
# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
# SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

| |
|---|
| 9. colophonıum |
| 10. Paraben Mix |
| -Methylparaben |
| -Ethylparaben |
| -Propylparaben |
| -Butylparaben |
| 11. N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD) |
| 12. Lanolın Alcohol |
| 13. Mercapto mix |
| N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide |
| 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) |
| Dibenzothiazyl disulfide (MBTS) |
| 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol (MOR) |
| 14. Epoxy resin, Bisphenol |
| 15. Peru Balsam |
| 16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin |
| 17. 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) |
| 18. Formaldehyde |
| 19. Fragrance mix |
| -cınnamyl alcohol |
| -cınnamal |
| -Hydroxycitronellal |
| - amyl cınnamal |
| -geranıol |
| -eugenol |
| -ısoeugenol |
| -Oakmoss absolute. |
| 20. Sesquiterpene lactone mix |
| -Alantolactone |
| -Dehydrocostus lactone |
| -Costunolide |
| 21. Sodium Metabisülfite |
| 22. Propolis |
| 23. Methylısothıazolınone + Methylchloro-Isothıazolınone |
| 24. Budesonide |

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No:53527
Dermatoloji Uzmanı
İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Dr. Tuğba ATC
Dermatoloji Uzmanı
Dip. No: 149338
İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Nursel BÖLÜK
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:181341
İMZA - KAŞE

# T.C.
# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
# SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

| |
|---|
| 25. Tixocortol -21-pivalate |
| 26. Methyldıbromo Glutaronıtrıle |
| 27. Fragrance mix II |
| -Lyral |
| -Cıtral |
| -Farnesol |
| -Cıtronellol |
| -Hexyl cinnamic aldehyde |
| -Coumarin |
| 28. –Hydroxyısohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde |
| 29. Methylisothiazolinone |
| 30. Benzisothiazolinone 0.1 |
| 31. Textile dye Mix |
| - Diperse Blue 35 (D-027) |
| - Diperse Orange 1 ( D-031) |
| - Dispers Orange 3 (D- 032) |
| - Dispers Red 1 (D-034) |
| - Dispers Red 17 (D-035) |
| - Dispers Yellow 3 (D-036) |
| - Dispers Blue 106 (D-040) |
| - Dispers Blue 124 (D-041) |
| 32.Decyl glucoside |

**ALERJEN YÜKLENEBİLEN TEST KUYUCUĞU (10x100)**

1. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğunun katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
2. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak alerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır. Panel üzerinde kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonlarının karışmasını önler olmalıdır. Allerjenlerin test öncesi Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında poşet içinde 1-2 haftaya kadar saklanabilir olması gerekmektedir. Sıvı alerjenler için test odacıkları sıvı alerjenlerin emdirilmesine uygun olarak, kurutma kağıtlı olmalıdır. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır. Bu koruyucu kapak sistemi, yapışkan flasterden tamamen ayrılmayan, flastere entegre (hinged/attached) yapıda olmalıdır. Kapaklar kısmi açılma ile test

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No:53527
Dermatoloji Uzmanı
İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Dr. Tuğba ATCI
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:148338
İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Nurşel BÖLÜK
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:161341
İMZA - KAŞE

# T.C.
# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
# SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

| | |
|---|---|
| | odacıklarına alerjen yüklenmesine olanak sağlamalı, işlem sonrasında kolayca tekrar kapatılabilmeli ve kapalı konumda test odacıklarının içine temas etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.<br>3. Sağlık Bakanlığından alınmış " Üretim, ürün veya ithalat izin belgesi " muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır. |
| **DEPOLAMA ŞARTLARI** | +2 °C ile +8 °C ' de muhafaza edilmelidir. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 3 haftaya kadar saklanabilmelidir. |
| **KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ** | İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji Bilim Dalında kullanılacaktır. |
| **AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI** | En az 5 ml'lik enjektörlerde olacaktır. |
| **TESLİMAT ŞEKLİ** | Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal-Ambarı deposuna teslim edilecektir. |
| **ZORUNLU ÖZELİKLER** | 1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır, UBB kapsam dışı olanlar kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.<br>2. İstekli firma TITCK kuralları gereği deri yama allerjen tanı testlerinde Satış İzin Belgesini ihale evrakları içinde sunmalıdır.<br>3. Firma ihale sırasında ürünlerin orijinal kataloglarını ihale komisyonuna değerlendirilmek üzere teslim edecektir.<br>4. İhaleye katılacak firmaların Türkiye distribütörünün ve yetkilendirilmiş dağıtım firmasının 'Yetki Belgesi' ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ihale dosyasında sunmalıdır.<br>5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.<br>6. Teslim edilecek sarf malzemeler için (alerjenler, alerjen yüklenebilen test kuyucuğu, sıvı alerjenler v.s.) teslimat yapılacak olan Fakülte/Enstitü Laboratuvar Sorumlusunun onayı alınacaktır. |

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Dip. Tescil No:53527
Dermatoloji Uzmanı

İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Tuğba ATCI
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:163338

İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nurcel BÖLÜK
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:161311

İMZA - KAŞE