T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	KR1204 GR1041 - KATETER TROMBOLİZ PERİFERİK İNFÜZYON
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1) KATETER DAMAR ICINE UZUN SURELI ILAC ENJEKSIYONU ICIN KULLANILACAKTIR. 2) KATETERIN DISTALINDE OZEL GELISTIRILMIS BIR VALF OLMALI BU SAYEDE ICINDE KILAVUZ TEL BIRAKMA ZORUNLULUGU OLMADAN UZUN SURELI ILAC ENJEKSIYONU YAPILABILECEKTIR. 3) KATETER BU OZELLIGIYLE HEM HASTA KONFORUNU ARTTIRABILECEK HEM DE KONTROLSUZ TEL KAYMALARI SONUCU OLUSACAK KOMPLIKASYONLARI ENGELLEYECEKTIR. 4) KATETERIN IC CAPI GENIS OLMALI BOYLECE ICINDE KILAVUZ TEL MEVCUT IKEN BILE ENJEKSIYON YAPILABILMELECEKTIR. 5) KATETERIN DISTALINDE, VERILEN ILACIN CIKISINI SAGLAYAN YAN DELIKLER OLUP, BUNLAR KATETER OLCULERINE GORE, 5, 10, 20, 30, 40 VE 50 CM BOYUNCA YERLESTIRILMISTIR. 6) KATETERIN INFUZYON CIKISLARININ DISTALINDE VE PROKSIMALINDE RADYOPAK MARKERLAR OLUP , BOYLECE INFUZYON BOLGESI X ISINI ALTINDA RAHATLIKLA GORULEBILECEK VE HEDEF BOLGEYE YERLESIMI KOLAYLASTIRILACAKTIR. 7) KATETER ORGULU YAPIDA TASARLANMIS OLUP BOYLECE HEM FLEKSIBILITE HEM DE ITILEBILIRLIGI SAGLANABILMEKTEDIR. 8) KATETERIN INFUZYON DELIKLERINDEN HEM DAMLAMA HEM DE YUKSEK HIZDA ENJEKSIYON YAPILABILECEKTIR. 9) KATETER 4F VE 5F OLACAK SEKILDE FARKLI CAP SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR. 10) KATETER 40, 65, 100 VE 135 CM OLACAK SEKILDE FARKLI BOY SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR. 11) KATETER 4F ICIN 0.035" 5F ICIN 0.038" MAKSIMUM KILAVUZ TEL ILE

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBUROĞLU
Dip.Tescil No:148226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 21852 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

	UYUMLUDUR. 12) KATETER STERIL TEKLI ORJINAL AMBALAJINDADIR. 13) KATETER AMABALAJI UZERINDE SON KULLANMA TARIHI VE STERILIZASYON SEKLI BELIRTILMISTIR.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ,SAKLAMA KOŞULLARI OLMALI VE FAKÜLTEMİZE AİT IU KODLARI BARKOT HALİNDE BASILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ,LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR. 3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR. 4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ)KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 15(ONBEŞ) GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK İDARENİN TALEP ETTİĞİ MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN EN GEÇ 15(ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR. 2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE **EN AZ ...2.. ADET** NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBAROĞLU
Dip.Tescil No:196226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 21852 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

	OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR. 4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE TAAHHÜT ETMELİDİR.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip. Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBAROĞLU
Dip.Tescil No:128226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 24852 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	GR1190 - VENA KAVA FİLTRESİ GERİ ALMA KATETERİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1) Kateter , "poliüretan" malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır. 2) Kateterin iç kısmı "PTFE" kaplı olmalıdır.Uç kısmı ise yüksek derecede Radyoopak olmalıdır. 3) Kateter , 10F çap ölçüsüne sahip olmalıdır. 4) Kateterler , tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine sahip olabilmedir. 5) Kateterler , 1 / 1 manipulasyona sahip olabilmelidir. 6) Kateter , 80cm'lik uzunluğa sahip olmalıdır. 7) Kateterler , Straight yapıda olmalıdır. 8) Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç French oldukları kateterin başlığında yazmalıdır. 9) Kateterler , FDA ve CE onaylı olmalıdır. 10) Kateterler , tekli steril ambalajında olmalı ve üzerlerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ,SAKLAMA KOŞULLARI OLMALI VE FAKÜLTEMİZE AİT IU KODLARI BARKOT HALİNDE BASILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ,LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR. 3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR. 4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ)KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 15(ONBEŞ) GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK İDARENİN TALEP ETTİĞİ MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN EN

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBUROĞLU
Dip.Tescil No:148226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip No: 21853 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Rad. Diagnostik A.D.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

	GEÇ 15(ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR. 2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE **EN AZ ...2.. ADET** NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR. 4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE TAAHHÜT ETMELİDİR.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBUROĞLU
Dip.Tescil No:146226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 21852 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Rad. Onkolojisi A.D.