	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	KONTEYNER İÇİN TEKSTİL FİLTRE
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Ameliyathanemizde kullanılan **G-19876 no.lu 300x220x55mm** , konteynerin ölçüsüne uygun **17cm x 26cm** boyutunda tekstil filtre ve filtrenin konteynıra takılması için 4 (dört) yerden vida boşluğu bulunmalıdır. 2. **G-19892 no.lu 400x290x70mm** konteynerin ölçüsüne uygun **24cm x 37 cm** boyutunda tekstil filtre ve filtrenin konteynıra takılması için 6 (altı) yerden vida boşluğu bulunmalıdır. 3. Tekstil filtrenin birimde kullanılan konteynıra tamamen uyumlu olmalıdır. 4. Tekstil ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. 5. 60 sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Ameliyathane
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 2. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 3. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ayniyat Sarf malzeme Deposuna teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE
Doç.Dr. Zafer CEBECİ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No: 1105[illegible]4573

İMZA-KAŞE
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Doç. Dr. [illegible]
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 127709

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adem Tellioğlu
Dip. Tes. No: 195445
Göz Hastalıkları Uzmanı

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. 5. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

Doç.Dr. Zafer CEBECİ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No: 1105526[illegible]

İMZA-KAŞE

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Doç. Dr. Devran BALCI
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 127709

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adem Tellioğlu
Dip. Tes. No: 195445
Göz Hastalıkları Uzmanı