İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SOĞUK IŞIK KAYNAĞI CİHAZI
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin teknik elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOĞUK IŞIK KAYNAĞI CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ**	**Tarih Revizyon Sayfa**	**27/08/2026 00 1 / 2**

Sıra	Yedek Parça Adı	Adet	Cihaz/Ürün/ Sistem Adı	Demirbaş No	Konum	Cihazın Marka, Model ve Seri No
1	300W Xenon Lamba	1	Soğuk Işık Kaynağı	253.3.5/15/367412	İç Hastalıkları Endoskopi Ünitesi	Fujifilm XL-4450 1S094K781

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.
1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.
1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.
1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. Doç. Dr. Bilgehan ÇAVUŞ Dip. Tes. No:117871/867301/232288	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji B.D. Uzm. Dr. Gizem DAĞCI	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Gastroenterohepatoloji B.D. Uzm. Dr. Sabuhi AMMADOV Dip. Tes. No:117871/867301-804643

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçanın cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

KONTROL (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
Engin Kordoğa	Abdulkadir ER Biyomedikal Sorumlusu

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Filiz AKYOL İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji B.D. Doç. Dr. Bilgen ÇAVUŞ Dip. Tes. No: 1/1871/86730/123288	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Gastroenterohepatoloji B.D. Uzm. Dr. Elburus MAMMADOV Dip. Tes. No: 1/86748/[illegible]

T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Hastanesi
Biyomedikal Birimi

BAKIM ONARIM ve YEDEK PARÇA İSTEMİ GEREKÇELİ RAPOR FORMU

Anabilim Dalı / Bilimdalı	İç Hastalıkları / Endoskopi Ünitesi
Cihazın Adı	Soğuk Işık Kaynağı
Cihazın Marka, Model, Seri No	Fujifilm / XL 4450 / 1S094K781
Cihazın Demirbaş Numarası	253.3.5/15/367412
Cihazın Alındığı Tarih veya Yaşı	2014
Cihazın Alım Şekli	ihale
Cihazın Güncel Fiyatı	500.000
Cihazın Kullanıcı Sayısı	Birim Personelleri
Bölüm / Hastanede Cihaz Sayısı	4
Cihazın Arıza Geçmişi	Lambası değiştirilmiştir.
Cihazın Arıza Nedeni	Yapılan incelemede cihazın lambasının kullanım süresini tamamladığı tespit edilmiştir.

Hazırlayan

Adı / Soyadı : Engin Karataş

İmza :