10.09.26

	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

MALZEMENİN ADI	GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ PİRUVAT KİNAZ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Testler manuel çalışmaya ve otoanalizörlere aplike edilmeye uygun olmalıdır. Manuel çalışıldığında okunması 340 nm dalga boyunda spektrofotometrede yapılabilmelidir. 2- Kit tek hasta çalışmasına uygun olmalıdır. Test için mevcut donanım yeterli olmalı, ek reaktif gerektirmemelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	Yüklenici firma kitlerin kullanımı süresince, kit içeriğindeki kimyasal malzemelerden kaynaklanabilecek problemleri gidermeyi taahhüt etmelidir. Problem giderilinceye kadar harcanan ve/veya değişmesi gereken kit malzemeleri firma tarafından karşılanmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Kitler +4 °C de saklanabilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Enzim eksikliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Teklif edilen kitlerin miadı en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajda olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	Kit sonuçlarını eritrosit sayısına ve hemoglobin miktarına oranlayarak verebilmelidir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olmalıdır. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE	**İMZA-KAŞE**	**İMZA - KAŞE**
Prof. Dr. A. Fatih AYDIN	Dr. Fatma Handa KARAKUŞ Biyokimya Uzmanı Dip. No: 23486/26004	Doç. Dr. Ayşegül TELCİ