T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**ÇELİK TEL NO:7 48MM(±) ½ UCU KESKİN GÖVDESİ YUVARLAK İĞNE 45(±5 CM)**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. 3/6 Moniflament çelik telden mamül, korozyona dayanıklı olmalıdır. 2. UPS 7 numara ürün ölçüleri (no:7) olmalıdır. 3. Sütür özel dizaynlı yuvarlak gövdeli ½ keskin iğne veya tapercut yapısına sahip olmalıdır. 4. Her ürün için sabit ve 360 derece rotasyonlu iğne çeşitleri olmalıdır. 5. İğne tel kombinasyonu güvenli kullanım sağlamalıdır. Bunun için UPS 5 numara için çelik tel kuvvet dirence en az 31 kg güçte dayanıklılık göstermelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA
Dip.Tescil No:33171-4(1999)
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Op. Dr. Sacla CANGIR ARSLAN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tescil No: 174529/133365

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. İhsan BAKIR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
Diploma No: CI-013
Sicil No: 4109-7454

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

	6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA
Dip.Sicil No:29171-40220
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Op. Dr. Çağlı CANBAY SAĞLAR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No: 174920/139335

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. İhsan BAKIR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
Diploma No: CI-013
Sicil No: 4109-7454