T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	☐
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	☐

MALZEMENİN ADI	**DISPOSABLE BERA ELEKTRODU (ABR ELEKTROT)**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Teklif edilecek ürün, kliniğimizde kullanılmakta olan **Accu-Screen marka işitme tarama cihazı** ile tam uyumlu ve **orijinal ürün** olmalıdır. 2. Her bir kart üzerinde **3 (üç) adet "snap" elektrod** bulunmalıdır. 3. Elektrotlar **kendinden yapışkanlı** yapıda olmalıdır. 4. Elektrotların hasta cildine temas eden ve yapışan yüzeyi **hidrojel** yapıda olmalıdır. 5. Elektrotlar **disposable (tek kullanımlık), çıtçıtlı (snap bağlantılı)** yapıda olmalıdır. 6. Ürün ambalajı üzerinde **son kullanma tarihi** açık ve okunaklı şekilde yer almalıdır. 7. Elektrotlar **orijinal ambalajında** teslim edilmelidir. Her bir pakette **3 (üç) adet elektrot** bulunmalıdır. 8. Elektrotlar, **yüz ergonomisine uygun** tasarıma sahip olmalıdır. 9. Elektrotlar, **köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen** formda olmalıdır. 10. Elektrotların ölçüleri **34 x 23 ± 1 mm** ebatlarında olmalıdır. 11. Ürün için **numune değerlendirmesi** yapılacaktır. **Orijinal olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Neonatoloji Bilim Dalı
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem BOR
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Neonatoloji

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Dilşehan ÇİFTÇİ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Leyla GİLGİN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ihale dosyasına sunmalıdır. 6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehtem BOR
Dip. Tes. No:123397 22154
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Neonatoloji

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Dicleharı ÇİFTÇİ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı
Diş. Tes. No: 189[illegible]4

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Leyla DİLEN
Çocuk Sağ ve Hast. Uzm. Neonatoloji