T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	**ULTRASON KAĞIDI**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Anabilim Dalımız envanterine kayıtlı Ultrason cihazlarında (Toshiba Aplio 500, GE Logic E9, Toshiba Aplio 300, Samsung HS 40, Canon Aplio İ800, Samsung RS85 ve Toshiba Xraio) kullanılmaya uygun olmalıdır ve optimum kalitede görüntü temin etmelidir. 2. Görüntü basmada 256 gri skala tonlamasına uygun olmalıdır. 3. Kağıt ruloları ışık ve hava almayacak ve sızdırmayacak şekilde, defosuz aluminyum ambalajı içerisinde olacaktır. 4. Printer kağıdı yüksek kaliteye sahip olacak ve siyah/beyaz kontrastı bozmadan görüntüyü kağıda aktaracaktır. 5. Rulolar çok hassas olan kayıt başlığına zarar vermemelidir. Kağıttan kaynaklandığını tespit edilen arızalardan yüklenici firma sorumludur. 6. Printer kağıdının ebadı 11 cm x 20 m olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Printer kağıdı, ambalajında 30 dereceye kadar ısıya dayanıklı olacaktır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Ultrason cihazlarında ve hasta hizmetinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 2.Printer kağıtları en az 20 metre boyunda ve 11 santimetre enindeki rulolar halinde teslim edilmelidir. 3.Rulo üzerinde ölçüsü yazılmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine.... gün içerisinde sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 rulo malzemeyi orijinal ambalajında olmak kaydıyla ihale kayıt numarası ve sıra nosu belirtilen tutanakla teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 4.Malzemeler yüklenici tarafından Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Sarf Malzeme deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. 5. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE
Prof.Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
Öğretim Üyesi

İMZA-KAŞE
Hatice ÜNAL
İ.Ü.İ.T.F. Radyoloji A.B.D.
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji ABD
Şuhada ŞENGÜL
Tekniker Sorumlusu