T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

46741332314MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (AN1320) KAPALI ASPİRASYON SİSTEMİ NO: 6
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yoğun bakım ünitelerinde ventile hastaların trakeal aspirasyon veya irigasyonlarını sağlamak için kullanılmalıdır. 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında bulunan ventilasyon cihazları ve aspirasyon cihazları ile uyumlu olmalıdır. 3. Aspirasyon işlemi esnasında ventilasyona ara vermeden uygulanabilmesini sağlanmalıdır. 4. İçinde bulunduğu kapalı sistem özelliğine bağlı olarak aynı kateter 24 saat kontaminasyonu engelleyerek kullanılabilecek özellikte olmalıdır. 5. Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon / irrigasyon uygulamaları esnasında eldiven kullanılması gerekmemelidir. 6. Firma, neonatellerdede ve pediatride kullanılmak üzere en az 2,0 numaradan 7,5 numaraya kadar her boydaki entübasyon kanülüne ve uygun 5, 6, 7, 8, 10 ve 12 french çaplarında kateter seti olmalı ve trekeostomi kanülüne uygun kateter içinde ayrıca entübasyon tüp ile kullanabilmek için uygun konektörler olmalıdır. 7. Kateter seti çalışmakta olan aspiratöre bağlı dahi olsa yalnızca kullanıcının kontrolünde aspirasyon sağlayan kontrol valfli emniyet kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. 8. Kateter setiminde bulunacak kilit sistemi ve vakum emniyet valfi kateter üzerindeaynı yerde, kateter setinin aspirasyon kaynağına bağlanan tarafında olmalıdır. Kesinlikle hastaya yakın ajutaj kısmında olmamalıdır. (kilidin ağırlığı ile entübasyon tüpünün çıkması riskini ortadan kaldırmak, bebek ve çocuk hastalara pozisyon verebilmek için kateterin kilit mandalı arasında ecilip bozulmasını önlemek pratik ve seri aspirasyonu sağlamak için) 9. Aspirasyon ve irrigasyon kanülü şeffaf, esnek ve kullanım süresi (24 saat) boyunca nemlenmeyen bir gömlek içinde, hareket edebilir nitelikte olmalıdır. 10. Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları sonrasında kateterin irrigasyon solüsyonu ile tamamen sekresyondan temizlenebilir özellikte olması gerekir. 11. Kateter vücut ısısında yumuşayan termoplastik yapıda olmalıdır. Kesinlikle keskin uçlu olmamalı ve kanama riski oluşturmamalıdır. 12. Kateter üzerinde kateterin ne kadar ilerletileceğini önceden hesaplamaya yarayan rakamlar ve renkler 1'er cm aralıklı olmalıdır. 13. Kapalı sistem trekeal aspirasyon / irrigasyon kateter seti kullanıcı tarafından açılana kadar içindeki malzemenin sterilitesini kesin koruyan, dışarıdan görsel kontrole olanak tanıyacak şeffaf ambalaj içinde bulunmalıdır. 14. Her 5 kapalı sistem aspirasyon kateteri ile birlikte 1 adet trakeal sekresyon toplama kapı yüklenici firma tarafından temin edilmelidir. Böylece trakeadan steril bir şekilde kültür alınması sağlanacaktır. Kap, iki yollu bağlantı kapağı, yedek kapak ve kimlik belirleyici bir etiketten oluşmalıdır. Katetere ve aspiratöre uyumlu olmalıdır. 16.Kateterin entübasyon tüp takılma yeri kullanıma uygun hafif ve entübasyon tüp güvenliğine koruyacak şekilde dizayn edilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibariyle, sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversite İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesine teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

46741332314MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (AN1320) KAPALI ASPİRASYON SİSTEMİ NO: 7
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yoğun bakım ünitelerinde ventile hastaların trakeal aspirasyon veya irigasyonlarını sağlamak için kullanılmalıdır. 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında bulunan ventilasyon cihazları ve aspirasyon cihazları ile uyumlu olmalıdır. 3. Aspirasyon işlemi esnasında ventilasyona ara vermeden uygulanabilmesini sağlanmalıdır. 4. İçinde bulunduğu kapalı sistem özelliğine bağlı olarak aynı kateter 24 saat kontaminasyonu engelleyerek kullanılabilecek özellikte olmalıdır. 5. Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon / irrigasyon uygulamaları esnasında eldiven kullanılması gerekmemelidir. 6. Firma, neonatellerdede ve pediatride kullanılmak üzere en az 2,0 numaradan 7,5 numaraya kadar her boydaki entübasyon kanülüne ve uygun 5, 6, 7, 8, 10 ve 12 french çaplarında kateter seti olmalı ve trekeostomi kanülüne uygun kateter içinde ayrıca entübasyon tüp ile kullanabilmek için uygun konektörler olmalıdır. 7. Kateter seti çalışmakta olan aspiratöre bağlı dahi olsa yalnızca kullanıcının kontrolünde aspirasyon sağlayan kontrol valfli emniyet kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. 8. Kateter setiminde bulunacak kilit sistemi ve vakum emniyet valfi kateter üzerindeaynı yerde, kateter setinin aspirasyon kaynağına bağlanan tarafında olmalıdır. Kesinlikle hastaya yakın ajutaj kısmında olmamalıdır. (kilidin ağırlığı ile entübasyon tüpünün çıkması riskini ortadan kaldırmak, bebek ve çocuk hastalara pozisyon verebilmek için kateterin kilit mandalı arasında ecilip bozulmasını önlemek pratik ve seri aspirasyonu sağlamak için) 9. Aspirasyon ve irrigasyon kanülü şeffaf, esnek ve kullanım süresi (24 saat) boyunca nemlenmeyen bir gömlek içinde, hareket edebilir nitelikte olmalıdır. 10. Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları sonrasında kateterin irrigasyon solüsyonu ile tamamen sekresyondan temizlenebilir özellikte olması gerekir. 11. Kateter vücut ısısında yumuşayan termoplastik yapıda olmalıdır. Kesinlikle keskin uçlu olmamalı ve kanama riski oluşturmamalıdır. 12. Kateter üzerinde kateterin ne kadar ilerletileceğini önceden hesaplamaya yarayan rakamlar ve renkler 1'er cm aralıklı olmalıdır. 13. Kapalı sistem trekeal aspirasyon / irrigasyon kateter seti kullanıcı tarafından açılana kadar içindeki malzemenin sterilitesini kesin koruyan, dışarıdan görsel kontrole olanak tanıyacak şeffaf ambalaj içinde bulunmalıdır. 14. Her 5 kapalı sistem aspirasyon kateteri ile birlikte 1 adet trakeal sekresyon toplama kapı yüklenici firma tarafından temin edilmelidir. Böylece trakeadan steril bir şekilde kültür alınması sağlanacaktır. Kap, iki yollu bağlantı kapağı, yedek kapak ve kimlik belirleyici bir etiketten oluşmalıdır. Katetere ve aspiratöre uyumlu olmalıdır. 16.Kateterin entübasyon tüp takılma yeri kullanıma uygun hafif ve entübasyon tüp güvenliğine koruyacak şekilde dizayn edilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibariyle, sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversite İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesine teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE