4367248

# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
# İSTANBUL HASTANESİ
# ESENYURT EK BİNA
# ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
# HASTABAŞI MONİTÖRÜ CİHAZLARI
# YEDEK PARÇA
# TEKNİK ŞARTNAMESİ

**TEKNİK ŞARTNAME NO:**
**İTF / YP / ESY / 6**

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Zerrin GÜNGÜR
Dip. Tes. No: 72909
Anesteziyoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hacer Aysen YAVRU
Dip. Tescil No: 38267
Anesteziyoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Nur CANBOLAT
Dip. Tes. No: 137134
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ<br>İSTANBUL HASTANESİ<br>ESENYURT EK BİNA<br>ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON<br>ANABİLİM DALI<br>HASTABAŞI MONİTÖRÜ CİHAZLARI<br>YEDEK PARÇA<br>TEKNİK ŞARTNAMESİ | Teknik Şart.No<br>Tarih<br>Revizyon<br>Sayfa | İTF/YP/ESY/6<br>04 / 09 /2026<br>00<br>1 / 2 |
|---|---|---|---|

| Sıra No | Yedek Parça Adı | Adet | Cihaz/Ürün/ Sistem Adı | Demirbaş | Konum | Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1V 4500 mAH Batarya | 12 | Hasatbaşı Monitörü | 253.3.5/20/30101<br>253.3.5/18/153416<br>253.3.5/20/30097<br>253.3.5/20/24741<br>253.3.5/20/24743<br>253.3.5/20/30100<br>253.3.5/20/30098<br>253.3.5/20/30099<br>253.3.5/20/24742<br>253.3.5/20/30103<br>253.3.5/18/153427<br>253.3.5/20/30105 | Reanimasyon Y.B.Ü. | Mindray / Imec 15, Beneview T5,T8 |

## 1. TESLİMAT ve GARANTİ

**1.1.** Kullanılan yedek parçalar yeni ve birebir uyumlu parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
**1.2.** Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.
**1.3.** Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.
**1.4.** Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.

**1.5.** Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
**1.6.** Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
**1.7.** Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
**1.8.** Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır.

| ONAY (Kaşe/İmza) | ONAY (Kaşe/İmza) | ONAY (Kaşe/İmza) |
|---|---|---|
| İstanbul Tıp Fakültesi<br>Prof. Dr. Zerrin SUNGUR<br>Dip. Tes. No: 72909<br>Anesteziyoloji Uzmanı | İstanbul Tıp Fakültesi<br>Yrd. Doç. Dr. Hacer Ayşen YAVRU<br>Dip. Tescil No: 38267<br>Anesteziyoloji Uzmanı | İstanbul Tıp Fakültesi<br>Doç. Dr. Nur CANBOLAT<br>Dip. Tes. No: 137134<br>Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı |

İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

## 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

**2.1** Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

**2.2** Yedek parçalar elden teslim edilip çalışma testi yüklenici firma eşliğinde yapılacaktır. Kargo ile yedek parça gönderimi kabul edilmemektedir.

| KONTROL<br>(Adı/Soyadı/İmza) | ONAY (BK)<br>(Kaşe/İmza) |
|---|---|
| Tuna Utku YAVANSEVER<br>İstanbul Tıp Fakültesi | Abdülkadir ER<br>Biyomedikal Sorumlusu |

| ONAY<br>(Kaşe/İmza) | ONAY<br>(Kaşe/İmza) | ONAY<br>(Kaşe/İmza) |
|---|---|---|
| İstanbul Tıp Fakültesi<br>Prof. Dr. Zerrin SUNGUR<br>Dip. Tes. No: 72909<br>Anesteziyoloji Uzmanı | İstanbul Tıp Fakültesi<br>Yrd. Doç. Dr. Hacer Ayşen YAVRU<br>Dip. Tescil No: 38267<br>Anesteziyoloji Uzmanı | İstanbul Tıp Fakültesi<br>Doç. Dr. Nur CANBOLAT<br>Dip. Tes. No: 137134<br>Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı |