	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**SUT KODU: (GR1052) SET ILK GIRIM MIKRO BILIYER 0.018"**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Nonvasküler prosedürlerde, 0.038 inch guidewire'ın kolay, doğru ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. 2. Set:1'er adet yumuşak geçişli koaksiyal 4F dilator, özel radyoopak markerlı 6F- 18 cm sheat; ve bunlarla kilitlenerek kuvvetlendiren stiffener'ı,1 adet 21 gauge diagnostic iğne, iç stylet'i,1 adet 0.018 inch, platinum floppy tip, extra stiff guidewire'ı,içermelidir. 3. Sistemin 21 gauge diagnostik girişim iğnesi, doku travmasını azaltacak özellikte olmalıdır. 4. Sistemin 0.018 platinum tipli extra stiff guidewire'ı, ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve görünebilirliği sağlamalıdır. 5. Sistemin hidrofilik kaplı co-axial dilator/sheat seti ve kilitlenen stiffener'ı, stabil over-the-wire (telin üzerinden) şekilde yerleştirmeyi sağlamalıdır. 6. Sistemin sheat'ının uç kısmında yer alan radyoopak marker, doğru yerleştirme için görünebilirliği sağlamalıdır. 7. Sistemin büyük sheat'inin ucunun iç çapı, 0.038 inch çalışma guidewire'ının yerleştirilmesine izin vermelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. [illegible] OYANLI
Dip. No. 21[illegible] / 25920
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Arzu POYANLI
Dip. No: 14553 / 25320
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip. Tescil No: 142354

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip. Tes. No: 185522