	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**KATATER İNFÜZYON SANTRAL VENÖZ TÜNELLİ** **SUT KODU: (KV1232)-(GR1280)**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Değişik endikasyonlarda damaryolu amaçlı ve kemoterapi vb işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Tek lümenli kateter 2.7F, 4.2F, 5F, 6.5 (±0.5) F, 9.5 (±0.5) F, çift lümenli kateter 5F, 6F, 7F, 9F, 9.5F, 11F ve 14F, üç lümenli kateter 12.5F olmalıdır. 3. Kateter 50-90(+/-5) cm olmalıdır. 4. Kateter bir, iki ya da üç lümenli olmalıdır. 5. Kateterin ucu kesilebilir olmalıdır. 6. Damara iyi uyum sağlaması için kateterin yapıldığı malzeme silikon ya da poliüretan olmalıdır ve bu da uzun dönem performansını arttırmalıdır. 7. Kateter yerleştikten sonra güvenli sabitleme için dönebilen dikiş kanatları olmalıdır. 8. Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacı ile bir adet biyouyumlu cuff bulunmalıdır. 9. Kateter mini kit şeklinde ve içerisinde a. Kit içerisinde lümen adetince (1,2 veya 3) enjeksiyon kapağı bulunmalıdır. b. Kit içerisinde koruyucu kılıflı damar dilatörü bulunmalıdır. c. Kilitli, kateter çapı ile uyumlu Peelaway sheath intraduser iğnesi olmalıdır. Kit içerisinde kateter çapına ve kılavuz tele uygun intraduser iğne olmalıdır. 10. Kateter lümeni hasta rahatlığını arttırmak için yuvarlak olmalıdır. 11. Kateterin doğru yerleştirilmesi için lümenin uç kısmı, radyoopak ve seldinger tekniği ile girişe olanak verecek şekilde olmalıdır. 12. Kateterin yumuşak olması tünel açma işlemini kolaylaştırıp hasta rahatı

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Aysegül ÜNÜVAR
Dip.Tescil No: 6719/107337
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD.
Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı

	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

	sağlamalıdır. 13. Kateterin luer kısımları lüminal tanımlama için renk kodlu olmalıdır. Lümen ölçüleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir 14. Kateter çift ambalajlı ve steril olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Ayşegül ÜNÜVAR
Dip.Tescil No: 36719/107337
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD.
Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile

teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Ayşegül ÜNÜVAR
Dip.Tescil No: 36719/107337
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD.
Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı